




Science **made** smarter

Instruções de Uso - BRPT

Affinity Compact



D-0124730-M – 2024/12



Interacoustics

Nome Técnico do Produto: Audiometro

Nome Comercial do Produto: Equipamento para diagnóstico auditivo Affinity Compact

Not. Anvisa: 10356029012

Responsável Técnica: Marcella Vidal de Freitas dos Santos | CRFª: 11944/RJ

Fabricado por: INTERACOUSTICS A/S - DINAMARCA/ AUDIOMETER ALLÉ 1 - 5500 MIDDELFART - DINAMARCA

Dententor da Notificação (Importado e distribuído por):

Centro Auditivo Telex LTDA
Avenida Venezuela, 27 – Saúde
Rio de Janeiro/ RJ – Brasil
CEP: 20081-311
CNPJ: 33060302/0001-04

Autorização de Funcionamento na Anvisa (nº)1.03.560-2

Contato para assistência técnica
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, 883, Andar 1 e 2 - Vila Paulista - São Paulo - SP - CEP.: 04630-001
Central de atendimento: 0800 204 4045

Índice

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Sobre este manual	1
1.2	Utilização	1
1.3	Descrição do produto	2
1.4	Peças e acessórios incluídos e opcionais	3
1.5	Avisos e precauções	4
2	DESEMPACOTAMENTO E INSTALAÇÃO	5
2.1	Desempacotamento e inspeção	5
2.2	Símbolos	6
2.3	Instruções importantes de segurança	8
2.3.1	Segurança do sistema elétrico	8
2.3.2	Segurança elétrica	8
2.3.3	Riscos de explosão	9
2.3.4	Compatibilidade Eletromagnética (EMC)	9
2.3.5	Atenção - Geral	9
2.3.6	Fatores ambientais	10
2.3.7	OBSERVAÇÃO	11
2.4	Mau funcionamento	11
2.5	Descarte do produto	11
2.6	Dicionário do Painel de Conexão	12
2.7	Indicadores do Affinity Compact	13
2.8	Instalação do software	14
2.8.1	Instalação do software Windows®11 e Windows®10	15
2.9	Instalação do driver	19
2.10	Uso com banco de dados	19
2.10.1	Noah 4:	19
2.11	Versão autônoma	19
2.12	Como configurar um local alternativo para a recuperação de dados	19
2.13	Licença	20
2.14	Sobre o Pacote Affinity	20
3	INSTRUÇÕES OPERACIONAIS	21
3.1	Usando a tela de tom	22
3.2	Usando a tela de fala	28
3.2.1	Audiometria da fala em Modo gráfico	30
3.2.2	Audiometria da fala em modo de tabela	31
3.2.3	Gerenciador de atalhos de teclado do PC	33
3.2.4	Especificações técnicas do software AC440	34
3.3	A tela REM440	36
3.3.1	Especificações técnicas - software REM440	43
3.4	A tela HIT440	44
3.4.1	Software HIT440 - Especificações técnicas	48
3.5	Usando o assistente de impressão	50
4	MANUTENÇÃO	52
4.1	Procedimentos de manutenção geral	52
4.2	Como limpar os produtos da Interacoustics	52
4.3	Reparos	53
4.4	Garantia	53
4.5	Material de consumo para substituição	54
4.5.1	Pontas de espuma	54
4.5.2	Tubos da sonda	54

4.5.3	Tubos da sonda SPL60.....	54
4.5.4	Pontas auriculares.....	55

5	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS.....	56
5.1	Affinity Compact Hardware - Especificações Técnicas.....	56
5.2	Valores de limiar equivalente de referência de som para transdutores	58
5.3	Atribuição de pinos.....	72
5.4	Compatibilidade Eletromagnética (EMC).....	74



1 Introdução

1.1 Sobre este manual

Este manual é válido para o Affinity Compact versão do software Affinity Suite 2.23. Este produto é fabricado por:

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1

5500 Middelfart

Dinamarca

Tel.: +45 6371 3555

E-mail: info@interacoustics.com

Web: www.interacoustics.com

1.2 Utilização

Finalidade indicada

Módulo de audiometria AC440

O audiômetro gera estímulos tonais, de fala e de ruído específicos para testes de audiometria, e permitindo que a resposta comportamental dos indivíduos seja registrada de forma automática ou manual de acordo com o teste audiométrico.

Módulo de medição auditiva real REM440

Um dispositivo de análise de aparelhos auditivos que gera estímulos e registra sinais acústicos no tímpano de um indivíduo ou em um ambiente acústico controlado com ou sem aparelho auditivo.

Módulo de teste de instrumento auditivo HIT44

Uma caixa de teste de aparelhos auditivos que gera estímulos específicos e registra sinais acústicos dos aparelhos auditivos em um ambiente acústico controlado.

Operador previsto

Operadores treinados, como fonoaudiólogos, profissionais de saúde auditiva ou técnicos treinados.

Público-alvo

Módulo de audiometria AC440

O público-alvo são pessoas que podem fornecer uma resposta comportamental aos estímulos conforme as indicações do público-alvo, e abrange todos os grupos demográficos.

Módulo de medição auditiva real REM440

A população-alvo inclui indivíduos de qualquer faixa etária, e abrange todos os grupos demográficos.

Módulos HIT440 de teste de instrumento auditivo

Este módulo visa apenas testar o desempenho de aparelhos auditivos em uma caixa de teste, portanto, não é aplicável um público-alvo.

Contraindicações

Módulo de audiometria AC440

A colocação do transdutor supra-auricular/dentro do ouvido não é possível se o paciente experimentar desconforto otológico, anormalidades do ouvido externo ou trauma agudo e dor no canal auditivo externo. Os usuários devem considerar os requisitos de cooperação para audiometria da fala e de tons puros com base na idade ou outras condições que impeçam os pacientes de responder aos estímulos. Nesses casos, devem ser considerados outros métodos objetivos de obtenção de dados audiométricos.



REM440

Para testes REM realizados no canal auditivo dos pacientes, a colocação de sonda não é possível se o paciente experimentar dor, infecção ativa ou oclusão total com cera ou cerume.

HIT440

Sem contraindicações.

Benefícios clínicos

O Affinity Compact com AC440 utiliza estímulos tonais e de fala para fornecer ao usuário uma representação de se há uma perda auditiva presente e o grau de qualquer perda auditiva. Por sua vez, isto permite ao operador qualificado relevante prescrever aparelhos auditivos e apoiar ainda mais qualquer gerenciamento otológico adicional/contínuo.

O Affinity Compact com HIT440 fornece medições objetivas de aparelhos auditivos e dispositivos auditivos auxiliares que podem ser comparados com protocolos padrão locais ou especificações do fabricante de aparelhos auditivos para garantir consistência na qualidade e desempenho e também detectar quaisquer desvios das especificações do fabricante. Isto garante que o indivíduo receba sempre aparelhos auditivos que funcionem de forma eficaz.

O Affinity Compact com REM440 fornece ao usuário de aparelhos auditivos dispositivos objetivamente validados e verificados. Considera a individualidade do canal auditivo externo de cada pessoa, de forma que o operador é capaz de prescrever com precisão o dispositivo para os níveis de audibilidade específicos.

1.3 Descrição do produto

O Affinity Compact é um dispositivo de análise de aparelhos auditivos que faz interface com módulos de software audiológico integrados a um PC. Dependendo dos módulos de software instalados, ele pode efetuar:

- Audiometria (AC440)
- Mensurações in situ (REM440), incluindo Mapeamento Visível da Fala
- Teste de próteses auditivas (HIT440)

OBSERVE que este produto não é um dispositivo esterilizado e não se destina a ser esterilizado antes da utilização.



1.4 Peças e acessórios incluídos e opcionais

AC440	REM440/VSP440	HIT440
<p>Peças-padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacote de software Affinity • Headset Audiométrico DD45¹ • Fone de monitoramento • Microfone Talk Back • Condutor ósseo B71^{1/2} • Botão de resposta do paciente APS3¹ • Cabo USB padrão • Fonte de alimentação UES65-240250SPA3 • Cabo de alimentação • Tapete para rato <p>Peças opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fones de ouvido intra-auriculares IP30¹ • Condutor ósseo B81¹ • Fone intra-auricular IP30 – unilocal • Capas para fones de ouvido • Headset Peltor com exclusão de ruído • Headset Audiométrico DD65v2¹ • Headset Audiométrico HDA300¹ • Headset de alta frequência DD450¹ • Alto-falante SP85A • Alto-falante SP90A • Alto-falante SP100 • Teclado do audiômetro • Cabo de 10 m para SP100 • Microfone de eletreto EM400 • Microfone de ruído ambiente • Suporte de acessórios • Suporte de montagem em área de trabalho • Suporte de montagem em mesa • Suporte de montagem em parede 	<p>Peças-padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacote de software Affinity • Fone de ouvido IHM65 In-situ^{1/2} • Tubos de sonda, 50 peças • Kit transdutor SPL60 para medição RECD incluindo sondas e fones intra-auriculares • Kit acoplador e microfone <ul style="list-style-type: none"> ○ Microfone ½” ○ Microfone de referência ○ Acoplador 2cc ○ Acoplador 0.4cc ○ BTE curto ○ BTE longo ○ ITE ○ Tubos de borracha • Cera selante para acoplador • Aidapters • Aidaptadores • Alto-falante SP100 • Cabo USB padrão • Fonte de alimentação UES65-240250SPA3 • Cabo de alimentação • Tapete para rato <p>Peças opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporte de acessórios • Suporte de montagem em área de trabalho • Suporte de montagem em mesa • Suporte de montagem em parede • Adaptadores de bateria BAA675, BAA13, BAA312, BAA10, BAA5 • Suporte do acoplador • Kit de suporte do acoplador • Simulador de ouvido • Headset de monitoramento • Alto-falante SP85A • Alto-falante SP90A 	<p>Peças-padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacote de software Affinity • Kit acoplador e microfone <ul style="list-style-type: none"> ○ Microfone ½” ○ Microfone de referência ○ Acoplador 2cc ○ Acoplador 0.4cc ○ BTE curto ○ BTE longo ○ ITE ○ Tubos de borracha • Cera selante para acoplador • Adaptadores “Aidapter” • Cabo USB padrão • Fonte de alimentação UES65-240250SPA3 • Cabo de alimentação • Tapete para rato <p>Peças opcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptadores de bateria BAA675, BAA13, BAA312, BAA10, BAA5 • Suporte do acoplador • Kit do suporte do acoplador • Adaptador para Body Style HA • Simulador de ouvido • Skull Simulator SKS10 com fonte de alimentação • Bobina indutiva • Headset de monitoramento • Trole para viagem • Banco de dados OtoAccess®

¹ Peça aplicada de acordo com a norma IEC 60601-1

² Esta peça não está certificada de acordo com a norma IEC 60601-1



<ul style="list-style-type: none">• Caixa de extensão de cabos• Kit de sala de som• Banco de dados OtoAccess®	<ul style="list-style-type: none">• Cabo de 10 m para SP100• Trole para viagem• Banco de dados OtoAccess®	
---	---	--

1.5 Avisos e precauções

Em todo o manual são usados os seguintes significados de aviso, atenção e observação:



AVISO

O símbolo de **AVISO** identifica condições ou práticas que podem apresentar perigo para o paciente e/ou usuário.



ATENÇÃO

O símbolo de **ATENÇÃO** identifica condições ou práticas que podem resultar em danos para o equipamento.

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO é utilizado para indicar situações não relacionadas a lesões pessoais.



2 Desempacotamento e instalação

2.1 Desempacotamento e inspeção

Verifique se a caixa e o seu conteúdo apresentam danos

Quando receber o instrumento, verifique se a embalagem for mal manuseada e/ou se sofreu danos. Caso a caixa esteja danificada, esta deverá ser mantida até que o conteúdo do envio seja verificado em níveis mecânico e elétrico. Caso o instrumento esteja avariado, contate o seu distribuidor local. Guarde o material de envio para posterior inspeção por parte da transportadora e participação de sinistro junto do seguro.

Mantenha a embalagem para envio futuro

O Affinity Compact vem na sua própria caixa de transporte, especialmente projetada para o Affinity Compact. Guarde esta embalagem. Ela será necessária, caso o instrumento tenha de ser devolvido para manutenção. Se for necessário qualquer tipo de manutenção, contate o seu distribuidor local.

Comunicação de Imperfeições

Inspeccionar antes de ligar

Antes de ligar o produto, o mesmo deverá ser inspecionado uma vez mais para verificar se existem danos. O gabinete e os acessórios devem ser verificados visualmente quanto a imperfeições e peças em falta.

Comunique imediatamente quaisquer avarias

Você deve informar de imediato o fornecedor do instrumento sobre qualquer peça em falta ou avaria presente em conjunto com a fatura, número de série e um relatório detalhado do problema. No verso deste manual, você encontrará um “Relatório de Devolução”, onde poderá descrever o problema.

Por favor, use o “Relatório de Devolução”

Por favor, observe que se o engenheiro de manutenção não souber que problema procurar, ele pode não o encontrar, então o Relatório de Devolução será de grande ajuda para nós e é a sua melhor garantia de que o problema será solucionado para sua satisfação.

Armazenamento













Se você precisar armazenar o Affinity Compact por um longo período, por favor, assegure-se de que ele seja armazenado nas seguintes condições:

Temperatura;	0 a 50 °C
Umidade relativa:	10-95% não condensante






2.2 Símbolos

Os símbolos a seguir poderão ser encontrados no instrumento, acessórios ou embalagem:

Símbolo	Explicação
	Peças aplicadas do Tipo B
	Siga as instruções para uso
	WEEE (diretriz da UE para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado como lixo indiferenciado, mas deve ser enviado para coleta seletiva para instalações de recuperação e reciclagem.
	A marca CE junto com o símbolo MD indicam que a Interacoustics A/S atende aos requisitos dos Regulamentos de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Anexo I A aprovação do sistema de qualidade é efetuada pela TÜV – n.º de identificação: 0123.
	Dispositivo Médico.
	Ano de fabricação
	Fabricante
	Número de série
	Número de referência
	Indica que um componente se destina a um uso apenas, ou para uso em um único paciente durante um único procedimento. Risco de contaminação cruzada.
	Stand by
	Mantenha seco
	Faixa de temperatura para transporte e armazenamento



Símbolo	Explicação
	Limitações de umidade de transporte e armazenamento
	Marca de registro de ETL
	Logotipo



2.3 Instruções importantes de segurança

Leia cuidadosa e completamente estas instruções antes de usar o produto

2.3.1 Segurança do sistema elétrico



AVISO

Ao conectar o instrumento ao computador, as advertências a seguir devem ser observadas:

Este equipamento foi projetado para ser conectado a outros equipamentos, formando assim um Sistema Elétrico Médico.

Os equipamentos externos destinados à conexão com o USB do Affinity Compact devem estar em conformidade com o padrão de produto relevante, por exemplo, IEC 62368-1 ou 60950-1 para equipamentos de TI e a série IEC 60601 para equipamentos eletromédicos. Além disso, todas essas combinações - Sistemas Elétricos Médicos - devem estar em conformidade com os requisitos de segurança estabelecidos na norma geral IEC 60601-1, cláusula 16. Qualquer equipamento que não esteja em conformidade com os requisitos de corrente de fuga da norma IEC 60601-1 deve ser mantido fora do ambiente do paciente, ou seja, a pelo menos 1,5 m do suporte do paciente, ou deve ser fornecido por meio de um dispositivo de separação para reduzir as correntes de fuga.

Qualquer pessoa que conecte equipamentos externos ao USB formou um Sistema Elétrico Médico e, portanto, é responsável pela conformidade do sistema com os requisitos. Em caso de dúvida, entre em contato com um técnico médico qualificado ou com seu representante local.”

É necessário um dispositivo de separação (dispositivo de isolamento) para isolar o equipamento localizado fora do ambiente do paciente do equipamento localizado dentro do ambiente do paciente. Em particular, esse dispositivo de separação é necessário quando é feita uma conexão de rede. O requisito para o Dispositivo de Separação está definido na IEC 60601-1, cláusula 16.

2.3.2 Segurança elétrica



AVISO

Não modifique este equipamento sem a autorização da Interacoustics. Não proceda à desmontagem ou modificação do produto, pois poderá ter impacto na segurança e/ou desempenho do dispositivo. Encaminhe à manutenção por pessoal qualificado.

Para a máxima segurança elétrica, desligue a alimentação elétrica quando este não estiver em uso.

O conector de alimentação deve ser colocado de forma que seja fácil retirá-lo. Não use soquetes múltiplos nem fios de extensão.

Não utilize o equipamento se ele estiver apresentando algum dano visível.

O instrumento não está protegido contra a entrada de água ou outros líquidos. Se ocorrer qualquer derrame, verifique o instrumento cuidadosamente antes de utilizar ou de devolver para a assistência.

Nenhuma peça do equipamento pode ser reparada ou sofrer manutenção durante a utilização com o paciente.

Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento somente deve ser conectado à rede elétrica com aterramento de proteção.



2.3.3 Riscos de explosão



AVISO

NÃO use o equipamento na presença de misturas gasosas inflamáveis. Os usuários devem considerar a possibilidade de explosões ou incêndios ao usar este dispositivo próximo a gases anestésicos inflamáveis.

NÃO use o instrumento em ambientes altamente ricos em oxigênio, como câmaras hiperbáricas, tendas de oxigênio etc.

Antes da limpeza, certifique-se de desligar a fonte de alimentação

2.3.4 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)



ATENÇÃO

Embora o instrumento cumpra as exigências EMC relevantes, é necessário tomar precauções para evitar a exposição desnecessária a campos eletromagnéticos, por exemplo, de celulares etc. Se o dispositivo for usado juntamente com outros equipamentos, deve-se verificar se não há interferência entre eles. Consulte também o anexo sobre EMC.

O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados, com exceção dos transdutores e cabos vendidos por Interacoustics ou representantes, pode resultar em aumento de emissões ou na diminuição da imunidade do equipamento. Para obter uma lista de acessórios, transdutores e cabos que preenchem os requisitos, consulte também o anexo sobre EMC.

2.3.5 Atenção - Geral



ATENÇÃO

Se o sistema não estiver funcionando corretamente, deixe de operá-lo até que todos os reparos necessários sejam feitos e a unidade seja testada e calibrada para que funcione adequadamente, em conformidade com as especificações da Interacoustics.

Não deixe que o dispositivo caia ou sofra outro tipo de impacto indevido. Se o instrumento sofrer algum tipo de dano, devolva-o ao fabricante para fins de reparo e/ou calibração. Não utilize o instrumento se suspeitar que está danificado.

Este produto e seus componentes funcionam de maneira confiável somente quando operados e mantidos em conformidade com as instruções contidas neste manual, etiquetas e/ou folhetos. O produto não deve ser utilizado caso apresente defeitos. Certifique-se de que todas as conexões com os acessórios externos estejam adequadamente seguras. As peças que estiverem quebradas ou faltando ou visivelmente desgastadas, distorcidas, ou contaminadas, devem ser imediatamente substituídas por peças de reposição originais e limpas, fabricadas ou disponibilizadas pela Interacoustics.

A Interacoustics irá disponibilizar, mediante solicitação, diagramas de circuitos, listas de componentes, descrições, instruções de calibração ou outras informações que possam auxiliar o pessoal da assistência técnica autorizada no reparo das peças do instrumento que forem designadas pela Interacoustics como reparáveis pelo pessoal da assistência técnica.



Nenhuma peça pode ser reparada ou receber manutenção enquanto o equipamento estiver sendo usado no paciente.

Apenas acessórios adquiridos através da Interacoustics devem ser conectados ao instrumento. Apenas os acessórios declarados como compatíveis pela Interacoustics podem ser conectados ao dispositivo.

Nunca insira ou use de qualquer outra forma, o fone de inserção sem uma ponteira intra-auricular nova, limpa e não defeituosa. Sempre se certifique de que a espuma ou as ponteiras intra-auriculares estejam montadas corretamente. As ponteiras e espumas intra-auriculares devem ser usadas apenas uma vez.

O instrumento não é destinado para uso em ambientes expostos a derramamentos de fluidos.

Verifique a calibração se quaisquer peças do equipamento estiverem expostas a choques ou manuseio descuidado.

Os componentes com a marca de 'uso único' são destinados para um único paciente durante um único procedimento e existe um risco de contaminação se o componente for reutilizado. Os componentes com a marca de "uso único" não se destinam a ser reprocessados.

Use apenas transdutores calibrados com o próprio instrumento.

No caso de um incidente grave com impacto sério de saúde para o paciente ou usuário, a Interacoustics deve ser informada. Além disso, a autoridade competente do país de origem do paciente deve ser informada. A Interacoustics tem um sistema de vigilância para ajudar com isso.

2.3.6 Fatores ambientais



ATENÇÃO

O armazenamento fora da faixa de temperatura especificada na Seção 2.1 pode causar danos permanentes aos instrumentos e seus acessórios.

Não utilize este dispositivo na presença de líquidos que possam entrar em contato com fios ou componentes eletrônicos. Se o usuário suspeitar que houve contato de líquidos com os componentes ou acessórios do sistema, a unidade não deve ser usada até que seja considerada segura por um técnico da assistência técnica autorizada.

Não coloque o instrumento perto de fontes de calor de qualquer tipo e mantenha um espaço suficiente à volta do instrumento para assegurar uma ventilação apropriada.



2.3.7 OBSERVAÇÃO

Para prevenir falhas no sistema tome as precauções adequadas para evitar vírus de PC e semelhantes.

Usar sistemas operacionais para os quais a Microsoft descontinuou o suporte de software e de segurança aumentará o risco de vírus e malware, o que pode levar a avarias, perda de dados e roubo e uso indevido de dados.

A Interacoustics A/S não poderá ser responsabilizada por seus dados. Alguns produtos da A/S são compatíveis ou podem trabalhar com sistemas operacionais não suportados pela Microsoft. A Interacoustics A/S recomenda que você sempre use sistemas operacionais suportados pela Microsoft cuja segurança é mantida totalmente atualizada.

2.4 Mau funcionamento



Em caso de mau funcionamento de um produto, é importante proteger pacientes, usuários e outras pessoas contra lesões. Por isso, se o produto causar ou potencialmente possa causar tais lesões, este deve ser imediatamente posto em quarentena.

Tanto um mau funcionamento prejudicial como um não prejudicial, relacionado ao produto em si ou ao seu uso, deve ser imediatamente relatado ao distribuidor do qual o produto foi adquirido. Lembre-se de incluir o máximo de detalhes possível, p. ex. o tipo de lesão, número de série do produto, versão do software, acessórios conectados e quaisquer outras informações relevantes.

Em caso de morte ou acidente grave relacionado ao uso do dispositivo, o acidente deve ser imediatamente relatado à Interacoustics e à autoridade local competente do país.


2.5 Descarte do produto

A Interacoustics está comprometida em garantir que nossos produtos sejam descartados com segurança quando eles não são mais utilizáveis. A cooperação do usuário é importante para garantir isso. A Interacoustics, desta maneira, espera que a separação no local e as regulamentações de resíduos referentes ao descarte de equipamentos eletroeletrônicos sejam seguidas, e que o dispositivo não seja descartado junto com resíduos não separados.


Caso o distribuidor do produto ofereça um esquema de recolhimento, ele deve ser utilizado para garantir o descarte correto do produto.



2.6 Dicionário do Painel de Conexão



Posição:	Símbolo:	Função:
1	Fone de ouvido 2 esquerdo e mascaramento via inserção	Soquete para fone de inserção, fone HF ou mascaramento via inserção
2	Fone de ouvido 2 direito	Soquete para fone de inserção ou fone HF
3	ÓSSEA	Soquete para fone de condução óssea
4	Resp. do paciente	Soquete para o botão de resposta do paciente
5	Monitor	Soquete para fone de monitoramento
6	Microfone -Falar Pcte.	Soquete para microfone talk forward (falar ao paciente)
7	Mic. ambiente - Cal.	Soquete para microfone de ruído ambiente ou microfone de verificação automática de FF
8	AUX	Soquete para entrada da fonte de som externo
9	Resposta	Soquete para microfone de resposta (talk back)
10	Fone de ouvido AC esquerdo	Soquete para fone de ouvido AC esquerdo ou fone HF
11	Fone de ouvido AC direito	Soquete para fone de ouvido AC direito ou fone HF
12	Alimentação FF1	Soquete de saída de alimentação para alto-falante FF
13	Alimentação FF2	Soquete de saída de alimentação para alto-falante FF
14	Linha FF 1-2	Soquete de saída de linha para alto-falante FF
15	Fone de ouvido Insitu	Soquete para fone de ouvido Insitu REM
16	UES65-240250SPA3	Soquete para alimentação externa
17	USB-PC	Soquete para o cabo USB de conexão com o PC



Posição:	Símbolo:	Função:
1	Referência	Soquete para microfone de referência
2	Acoplador	Soquete para microfone do acoplador
3	Bateria	Soquete para saída de alimentação do simulador de bateria
4	Bobina de indução	Soquete para saída de bobina de indução

2.7 Indicadores do Affinity Compact

O hardware do Affinity Compact tem uma lâmpada de LED que muda o status durante operações diferentes do Affinity Suite e hardware. Essas cores diferentes e os respectivos status estão listados abaixo.

A lâmpada de LED é visível pela frente e na parte superior do Affinity Compact.

Luz-VERDE:	Pronto
Luz-VERMELHA:	Indica a orelha direita selecionada no módulo REM e HIT
Luz-AZUL:	Indica a orelha esquerda selecionada no módulo REM e HIT
Luz-ROXA:	Indica as duas orelhas selecionadas no módulo REM e HIT
Luz AZUL CLARO:	Indica que o Affinity Compact não está corretamente conectado ao Affinity Suite

Uma luz esmaecida indica que o Affinity Compact entrou em modo de economia de energia. Isso pode acontecer em qualquer uma das cores acima mencionadas.



2.8 Instalação do software

O que deve saber antes de iniciar a instalação

Deverá ter direitos de administrador sobre o computador onde vai instalar o Affinity Suite.

OBSERVAÇÃO

1. NÃO conecte o hardware do Affinity Compact ao computador antes do software ser instalado.
2. A Interacoustics não fornece nenhuma garantia de funcionalidade do sistema se qualquer outro software for instalado, com exceção dos módulos de medição Interacoustics (AC440/REM440) e OtoAccess®, ou sistemas Office compatíveis com o Noah4 ou versões posteriores.

Você vai precisar de:

1. Unidade USB de instalação do Affinity Suite
2. Cabo USB
3. Hardware Affinity Compact

Sistemas Office compatíveis com Noah

Temos compatibilidade com todos os sistemas office integrados com NOAH que rodem em NOAH ou no mecanismo NOAH.

Antes de utilizar o software em conjunto com uma base de dados, certifique-se de que a base de dados esteja instalada antes da instalação do Affinity Suite. Siga as instruções de instalação do fabricante fornecidas para instalar a respectiva base de dados.

AVISO: Como parte da proteção de dados, deve-se atender a todos os itens a seguir:

1. Use sistemas operacionais suportados pela Microsoft
2. Os sistemas operacionais devem ser protegidos com patch de segurança
3. Ative a criptografia de banco de dados
4. Use contas de usuários e senhas individuais
5. Proteja o acesso físico e de rede a computadores com armazenamento de dados local
6. Use software atualizado de antivírus, de firewall e de anti-malware
7. Implemente uma política adequada de backup
8. Implemente uma política adequada de retenção de log
9. Certifique-se de alterar todas as senhas de administração padrão

AVISO a respeito das conexões de rede de TI:

Conectar o Affinity Compact a um computador ou outro equipamento de TI implica conectar o dispositivo a uma rede de TI. A conexão a uma rede de TI pode resultar em riscos não identificados anteriormente tanto a pacientes, quanto a operadores e terceiros.

- Os riscos de segurança devem ser identificados, analisados, avaliados e controlados pela Health Delivery Organization (HDO) (Organização prestadora de saúde).

Alterações à rede de TI podem introduzir novos riscos que exigem análise adicional. As alterações incluem:

- alterações na configuração de rede
- conexão de itens adicionais
- desconexão de itens
- atualização de equipamentos
- melhoria nos equipamentos.

Instalação em várias versões do Windows®

Os sistemas Windows®10 e Windows®11 são suportados.




2.8.1 Instalação do software Windows®11 e Windows®10


Insira o USB de instalação e siga as etapas abaixo para instalar o software Affinity Suite. Para achar o arquivo de instalação, clique em “Iniciar”, em seguida vá até “Meu Computador” e clique duas vezes no drive de USB para visualizar o conteúdo do USB de instalação. Clique duas vezes sobre o arquivo “setup.exe” para iniciar a instalação.

Aguarde até que a caixa de diálogo mostrada abaixo apareça e concorde com os termos e condições da licença antes de instalar. Depois de marcar a caixa de seleção para aceitar, o botão Instalar ficará disponível, clique em “Install” (Instalar) para iniciar a instalação.


Nota: Existe a opção de também incluir a instalação das documentações do Universe e do Callisto da Interacoustics nesta etapa. Por padrão, ambas aparecem marcadas; você pode desabilitá-las se desejar.

Assegure-se de escolher o Affinity Compact ao selecionar o hardware nesta etapa.






Se você deseja instalar o software em um local diferente do padrão, clique em “Options” (Opções) à frente de “Install” (Instalar)







O Controle de Conta de Usuário poderá solicitá-lo se deseja permitir que o programa faça alterações em seu computador. Se isso ocorrer, clique em Sim.




O instalador copiará todos os arquivos necessários no PC. Esse processo poderá levar vários minutos.





Quando a instalação estiver concluída, será exibida a caixa de diálogo abaixo.



Clique em “Close” (Fechar) para concluir a instalação. O Affinity Suite está agora instalado.



2.9 Instalação do driver

Agora que o software Affinity Suite está instalado, você deve instalar o driver para o hardware.

1. Conecte o hardware Affinity Compact ao PC por meio da conexão USB.
2. Agora o sistema detectará automaticamente o hardware e exibirá um aviso pop-up no canto inferior direito da barra de tarefas. Isso indica que o driver está instalado e que o hardware está pronto para uso.

Consulte os Manuais do Usuário fornecidos no USB para obter mais instruções de como operar o Affinity Compact.

2.10 Uso com banco de dados

2.10.1 Noah 4:

Se você estiver usando Noah 4 da HIMSA, o software Affinity Compact será instalado automaticamente na barra de menus na página inicial, juntamente com todos os outros módulos do software.

Trabalhando com OtoAccess®

Para mais instruções sobre como trabalhar com OtoAccess®, consulte o manual de operação do OtoAccess®

2.11 Versão autônoma

Se você não tem Noah no seu computador, você pode criar um atalho para inicialização direta do pacote de software como um módulo autônomo. No entanto, você não será capaz de salvar suas gravações quando utilizar esta forma de trabalhar.


2.12 Como configurar um local alternativo para a recuperação de dados

O Affinity Suite tem um local de backup para gravação de dados no caso em que o software seja acidentalmente encerrado ou na ocorrência de uma falha no sistema. Os seguintes locais são as pastas de armazenamento padrão para recuperação ou banco de dados autônomo:

C:\ProgramData\Interacoustics\Affinity Suite\

NOTA: Este recurso pode ser usado para alterar o local de recuperação quando você estiver trabalhando através de um banco de dados bem como o local de salvamento em modo autônomo.

1. Vá para C:\Program Files (x86)\Interacoustics\Affinity Suite
2. Nesta pasta, localize e inicie o programa executável intitulado FolderSetupAffinity Compact.exe ou FolderSetupEquinox.exe
3. A janela pop-up abaixo será exibida






4. Ao usar esta ferramenta, você pode especificar o local onde você deseja armazenar o banco de dados independente ou os dados de recuperação, clicando no botão “Select Folder” (Selecionar Pasta) e especificando o local desejado.
5. Caso deseje reverter a localização de dados para o padrão, basta clicar no botão “Restore factory default” (Restaurar padrão de fábrica).

2.13 Licença

Você já recebe o produto com as licenças para acessar os módulos de software pedidos. Se você quiser módulos adicionais, contate seu revendedor

2.14 Sobre o Pacote Affinity

Se for a **Menu > Ajuda > Sobre** poderá então ver a janela abaixo. Esta é a área do software onde você pode gerenciar chaves de licença e conferir as versões do Pacote, do Firmware e do Software.



Nessa janela pode também encontrar a seção de Checksum, que é uma funcionalidade projetada para ajudar você a identificar a integridade do software. Funciona conferindo o arquivo e conteúdo das pastas de sua versão de software. Isso é feito usando um algoritmo SHA-256.

Quando abrir o checksum, você verá um string de caracteres e números. Pode copiar isto clicando duas vezes sobre o string.



3 Instruções Operacionais

Há um interruptor incorporado que é ativado quando o software é lançado, e é conectado via USB ao computador. Quando estiver utilizando o equipamento, por favor tome as seguintes precauções:

Por favor, coloque o instrumento de modo que o fio de alimentação possa ser desligado da unidade principal com facilidade.

Utilize apenas a fonte de alimentação especificada.

Nota, para desligar o dispositivo, desconecte da corrente elétrica




1. Os operadores destinados pelo instrumento são médicos otorrinos, audiologistas e outros profissionais com conhecimento semelhante. O uso do instrumento sem conhecimento adequado pode levar a resultados errôneos e pode ameaçar a audição de pacientes.
2. O Affinity Compact deve ser operado em um ambiente silencioso, para que as medições não sejam influenciadas por ruídos acústicos externos. Isto pode ser determinado por uma pessoa especializada em acústica. A seção 11 da norma ISO 8253-1 define orientações para ruídos de ambiente admissíveis para testes audiométricos.
3. Deve ser usado somente material de fala gravado com um relacionamento estabelecido com o sinal de calibração. Na calibração do instrumento, presume-se que o nível do sinal de calibração seja igual ao nível médio do material de fala. Se não for o caso, a calibração dos níveis de pressão sonora será inválida, e o instrumento precisa ser calibrado novamente.
4. Recomenda-se que os fones de espuma intra-auriculares descartáveis fornecidos com os transdutores de inserção opcionais IP30 ou E·A·R Tone 5A sejam substituídos após cada cliente testado. Os fones de espuma intra-auriculares descartáveis também asseguram que existam condições de higiene para cada um dos seus clientes, e que não é mais necessária a limpeza periódica de uma banda de cabeça ou almofada.
5. O instrumento deve ser aquecido por pelo menos 3 minutos em temperatura ambiente antes do uso.
6. Certifique-se de usar somente os níveis de intensidade do sinal de apresentação aceitáveis para o paciente.
6. Os transdutores (fones de ouvido, condutor ósseo, etc.) fornecidos com o dispositivo são calibrados para este instrumento – a troca de um transdutor exige uma nova calibração.
7. É aconselhável que você aplique mascaramento ao realizar audiometria por condução óssea para que sejam obtidos resultados corretos.
8. Recomenda-se que as partes que estão em contato direto com o paciente (por exemplo, almofadas do fone de ouvido) sejam submetidas a procedimentos de desinfecção padrão entre pacientes. Isto inclui a limpeza física e o uso de um desinfetante reconhecido. Para o uso deste agente desinfetante, instruções individuais do fabricante devem ser seguidas, para manter os níveis adequados de limpeza.
9. Para estabelecer conformidade com a norma IEC 60645-1, é importante que o nível de entrada de fala seja ajustado para 0VU. É igualmente importante que qualquer instalação de campo livre seja calibrada no local onde será usada e sob as condições existentes durante a operação normal.



3.1 Usando a tela de tom

A seção a seguir descreve os elementos da tela de tom.



Menu

Menu dá acesso a Imprimir, Editar, Visualizar, Testes, Configuração e Ajuda



Imprimir permite imprimir os dados adquiridos na sessão.



Salvar e Nova Sessão salva a sessão atual em Noah ou OtoAccess® e abre uma nova.



Salvar e Sair salva a sessão atual em Noah ou OtoAccess® e sai do Suite.



Recolher o painel lateral esquerdo.



Ir para Audiometria de Tom ativa a tela de tom quando em outro teste.



Ir para Audiometria de Fala ativa a tela de fala quando em outro teste.



Faixa estendida de +20 dB alarga o alcance dos testes e pode ser ativado quando a configuração de discagem dos testes fica dentro de 55 dB do nível máximo do transdutor. Observar que o botão faixa estendida irá piscar quando precisar de ativação para alcançar intensidades mais altas.




Para ligar a faixa estendida automaticamente, selecione **Ligar a faixa estendida automaticamente** acessando o menu de configuração.



Dobre uma área de forma que só exiba o rótulo ou os botões daquela área.



Desdobre uma área de forma que todos os botões e rótulos estejam visíveis



Mostrar/ocultar áreas pode ser encontrado clicando com o botão direito do mouse em uma das áreas. A visibilidade das diferentes áreas, assim como o espaço que elas ocupam na tela, são salvas localmente para o examinador.




Lista de Protocolos Definidos permite selecionar um protocolo de teste para a sessão de teste atual. Clicar com o botão direito do mouse em um protocolo permite ao examinador atual configurar ou cancelar um protocolo de inicialização padrão.

Consulte o documento Affinity Compact "Informações adicionais" para obter mais informações sobre protocolos e a configuração do protocolo.



Configuração temporária permite fazer alterações temporárias ao protocolo selecionado. As alterações serão válidas apenas para a sessão atual. Depois de efetuar as alterações e regressar ao ecrã principal, o nome do protocolo será seguido por um asterisco (*).



List of historical sessions (Lista de sessões históricas) acede às sessões históricas para efeitos de comparação. O audiograma da sessão selecionada, indicado pelo fundo laranja, é exibido nas cores definidas pela definição de símbolo usada. Todos os outros audiogramas que são selecionados por marca de seleção são exibidos na tela nas cores indicadas pela cor do texto do carimbo de data/hora. Observe que esta lista pode ser redimensionada arrastando as linhas duplas para cima ou para baixo.




Ir para sessão atual traz você de volta à sessão atual.



Altas Frequências exibe frequências no audiograma (até 20 kHz para o Affinity Compact⁰). No entanto, você só será capaz de testar na faixa de frequência para a qual fone de ouvido selecionado está calibrado.




Zoom de alta frequência³ ativa testes de alta frequência e amplia a faixa de alta frequência.



Audiograma único alterna entre a exibição das informações de ambas as orelhas em um único gráfico e dois gráficos separados.



Multifrequências⁴ ativa o teste com frequências entre os pontos padrões de audiograma. A resolução de frequência pode ser ajustada na configuração do AC440.





Synchronize channels (Sincronizar canais) trava os dois canais juntos. Esta função pode ser usada para realizar mascaramento síncrono.

³ HF requer uma licença adicional para o AC440. Se não tiver sido adquirido, o botão estará sombreado.

⁴ MF requer uma licença adicional para o AC440. Se não tiver sido adquirido, o botão estará sombreado.



Modo de Edição ativa a função de edição. Clicar com o botão esquerdo no gráfico irá adicionar/mover um ponto para posição do cursor. Ao clicar em um ponto armazenado específico, aparecerá um menu de contexto com as seguintes opções:



Mouse controlled audiometry (Audiometria controlada por mouse) permite que você realize a audiometria usando somente o mouse. Clique com o botão esquerdo do mouse para apresentar o estímulo. Clique com o botão direito do mouse para armazenar o resultado.



O botão **dB step size (valores de incremento dB)** indica o valor de incremento dB atual configurado para o sistema. Gira entre valores de incremento de 1 dB, 2 dB e 5 dB.



O **hide unmasked threshold (Ocultar limiar sem mascaramento)** ocultará aqueles limiares sem mascaramento onde existirem limiares mascarados.




A ferramenta de **Ajuste de campo livre** permite que você execute um procedimento de referenciamento para medições de audiometria de campo livre e audiometria da fala.



Alternar Ajuda de Mascaramento ativará ou desativará o recurso de Ajuda de Mascaramento.

Para mais informações sobre Ajuda de Mascaramento, consulte as "Informações adicionais" do Affinity Compact ou o "Guia Rápido Ajuda de Mascaramento".



Alternar Automascaramento ativará ou desativará o recurso Automascaramento.

Para mais informações sobre Automascaramento, consulte as "Informações adicionais" do Affinity Compact ou os documentos do "Guia Rápido Ajuda de Mascaramento".



O ícone **Talk Forward** ativa o microfone Talk Forward (fala para o paciente). As teclas de direção podem ser usadas para definir o nível talk forward através dos transdutores selecionados atualmente. O nível será preciso quando o medidor de VU indicar zero dB.



Selecionar as caixas de seleção **Monitor Ch1** e/ou **Ch2** permite a você monitorar um ou ambos os canais através de um alto-falante/headset externo conectado à entrada do monitor. A intensidade do monitor é ajustada pelas teclas de seta.



A caixa de seleção **Talk back** permite a você escutar o paciente. Observe que você precisa estar equipado com um microfone conectado à



entrada talk back e um alto-falante/fone externo conectado à entrada do monitor.



O **Patient monitor (Monitor do Paciente)** abre uma janela flutuante com os audiogramas tonais e todas as suas sobreposições de aconselhamento exibidas. O tamanho e a posição do monitor do paciente são salvos por cada examinador individualmente.



A sobreposição de aconselhamento **Phonemes (Fonemas)** mostra fonemas conforme configurado no protocolo que está sendo usado atualmente.



A sobreposição de aconselhamento **Exemplos de som** mostra figuras (arquivos png) conforme configurado no protocolo que está sendo usado atualmente.




A sobreposição de aconselhamento **Speech banana** mostra a área da fala que está configurada no protocolo que está sendo usado atualmente.



A sobreposição de aconselhamento **Severity (Gravidade)** mostra os graus de perda de audição conforme está configurada no protocolo que está sendo usado atualmente.




Os **Max. testable values (Valores Max. verificáveis)** mostram a área além da intensidade máxima permitida pelo sistema. Isso é reflexo da calibração do transdutor e depende da ativação da faixa estendida.




Selecionando **HL, MCL, UCL** ou **Zumbido, Binaural** ou **Auxiliado** define os tipos de símbolo que estão em uso atualmente pelo audiograma. **HL** significa nível de audição (hearing level), **MCL** MCL significa nível mais confortável (most comfortable level) e **UCL** significa nível desconfortável (uncomfortable level). Observe que esses botões mostram os símbolos sem mascaramento direito e esquerdo dos símbolos selecionados atualmente.


A função **Binaural** e **Aided (Auxiliado- Com prótese)** indica se o teste é binaural ou se o paciente está usando aparelho auditivo. Em geral, esses ícones só estão disponíveis se o sistema estiver executando estímulos por meio de um alto-falante para campo livre.

Cada tipo de medição é salva como uma curva separada.



Na seção **Comments** (Comentários) você pode digitar comentários relacionados a qualquer teste audiométrico. O espaço usado pela área de comentários pode ser definido arrastando a linha dupla com o mouse.

Pressionar o botão  abre uma janela em separado para adicionar notas à sessão atual. O editor de relatório e a caixa de comentários contêm o mesmo texto. Caso a formatação do texto seja importante, isso pode ser definido somente dentro do editor de relatórios.

Ao pressionar o botão , você verá um menu que permite a você especificar o estilo de aparelho auditivo em cada ouvido. Isso é só para se tomar nota ao realizar medições auxiliadas em seus pacientes.

Após salvar a sessão, as alterações nos comentários só podem ser realizadas no mesmo dia até que a data mude (à meia-noite). **Nota:** esses



períodos de tempo são limitados pela HIMSA e pelo software Noah, e não pela Interacoustics.

Output	Input
Phone right	Tone
Phone left	Warble
Bone right	NB
Bone left	WN
Free field 1	
Free field 2	
Insert right	
Insert left	

Input	Output
Tone	Phone right
Warble	Phone left
NB	Free field 1
WN	HF Right
TEN	HF Left
PED	Off

A lista **Output (Saída)** para canal 1 fornece a opção para teste através dos fones de ouvido, condutor ósseo, alto-falantes de campo livre ou fones de inserção. Observe que o sistema só mostra os transdutores calibrados.

A lista **Input (Entrada)** para canal 1 fornece a opção para selecionar tom puro, tom warble, ruído narrow band (NB) e white noise (WN).

Observe que o sombreadamento do plano de fundo é de acordo com o lado selecionado, vermelho para direito e azul para esquerdo.

A lista **Output (Saída)** para canal 2 fornece a opção para teste através dos fones de ouvido, alto-falantes de campo livre, fones de inserção ou fone de inserção para mascaramento. Observe que o sistema só mostra os transdutores calibrados.

A lista **Input (Entrada)** para canal 1 fornece a opção para selecionar tom puro, tom warble, ruído narrow band (NB), white noise (WN). e ruído TEN⁵.

Observe que o sombreadamento do plano de fundo é de acordo com o lado selecionado, vermelho para direito, azul para esquerdo e branco quando desligado.



Pulsção permite apresentação de pulsção única e contínua. A duração do estímulo pode ser ajustada na configuração AC440.

Sim/Alt permite alternar entre apresentação **Simultânea** e **Alternada**. Ch1 e Ch2 apresentarão o estímulo simultaneamente quando Sim é selecionado. Quando Alt for selecionado, o estímulo alternará entre Ch1 e Ch2.

Mascaramento (Masking) indica se canal 2 está atualmente em uso como um canal de mascaramento e assim garante que símbolos de mascaramento sejam usados no audiograma. Por exemplo em teste pediátrico através de alto-falantes de campo livre, canal 2 pode ser definido como um segundo canal de teste. Observe que uma função separada de armazenar para canal 2 está disponível quando o canal 2 estiver sendo usado para mascaramento.



Os botões **Aumentar dB NA** e **Diminuir** permitem aumentar e diminuir as intensidades do canal 1 e 2.

As teclas de seta no teclado de PC podem ser usadas para aumentar/ diminuir as intensidades do canal 1.

PgUp e PgDn do teclado de PC podem ser usadas para aumentar/ diminuir as intensidades do canal 2.



Os botões **Stimuli (estímulos)** ou **attenuator (atenuador)** acenderão ao passar o mouse e indica a apresentação ativa de um estímulo. Um clique do mouse com o botão direito na área do estímulo irá armazenar um limiar sem resposta. Um clique com o botão esquerdo na área de Estímulo armazenará o limiar na posição atual.


O estímulo do Canal 1 também pode ser obtido pressionando a barra de espaço ou tecla CTRL esquerda no teclado do PC.

⁵ Testes TENs requerem uma licença adicional para o AC440. Se não tiver sido adquirido, o estímulo estará sombreado.




O estímulo do Canal 2 também pode ser obtido pressionando a tecla CTRL direita no teclado do PC.

Os movimentos do mouse na área de Estímulos para ambos canal 1 e canal 2 podem ser ignorados dependendo da configuração.



A área **Exibição de Frequência e Intensidade** mostra o que é atualmente estimulado. O valor dB NA para canal 1 é exibido à esquerda e à direita para o canal 2, no centro é exibida a frequência.

Observe que a configuração dial dB piscará ao tentar ir mais alto que a intensidade máxima permitida.




Aumentar/diminuir frequência aumenta e diminui a frequência respectivamente. Isso também pode ser obtido usando as teclas seta para a direita e para esquerda no teclado do PC.

Armazenamento de limiares para o canal 1 é feito pressionando **S** ou com um clique esquerdo do mouse no botão Stimuli (Estímulos) do canal 1. Armazenamento de um limiar sem resposta é feito pressionando **N** ou com um clique direito do mouse no botão Stimuli (Estímulos) do canal 1.

Armazenamento de limiares para o canal 2 está disponível quando o canal 2 não for o canal de mascaramento. É feito pressionando **<Shift> S** ou com um clique esquerdo do mouse no botão Stimuli (Estímulos) do canal 2. Armazenamento de um limiar sem resposta é feito pressionando **<Shift> N** ou com um clique direito do mouse no atenuador do canal 2.



A imagem de indicação de hardware indica se o hardware está ligado. **Simulation mode (Modo simulação)** é indicado quando do funcionamento do software sem hardware.



Ao abrir o Suite, o sistema faz uma busca automática pelo hardware. Se não detectar o hardware, o sistema continuará automaticamente em modo de simulação e o ícone de simulação (à esquerda) irá aparecer no lugar da imagem de indicação de hardware conectado.



O **Examinador** indica o profissional atual que está testando o paciente. O examinador é salvo com uma sessão e pode ser impresso com os resultados.





Para cada examinador fica registrado como o Suite está configurado com relação ao uso de espaço na tela. O examinador verá que o suite inicia com a mesma aparência da última vez em que usou o software. Um examinador pode também selecionar que protocolo deve ser selecionado ao iniciar (clcando com o botão direito na lista de seleção de protocolo).




3.2 Usando a tela de fala


A seção a seguir descreve os elementos da tela de fala para além da tela de tom:



Os controles deslizantes **Níveis de entrada** permitem ajustar o nível de entrada para 0 VU para a entrada selecionada. Isso garante que a calibração correta seja obtida para Mic1, AUX1 e AUX2.




WR1, WR2 e WR3 (Word Recognition) permite selecionar diferentes configurações de lista de fala tal como definido pelo protocolo selecionado. Os rótulos de tais listas que acompanham esses botões também podem ser personalizados na configuração do protocolo.



Selecionar **NA, MCL e UCL** definirá os tipos de símbolo que estão atualmente em uso pelo audiograma. NA significa nível de audição (hearing level-HL), MCL significa nível mais confortável (most comfortable level) e UCL significa nível desconfortável (uncomfortable level).

Cada tipo de medição é salvo como uma curva separada.



A função **Binaural** e **Aided (Auxiliado- Com prótese)** indica se o teste é binaural ou se o paciente está usando aparelho auditivo. Este recurso está ativo somente na tela Audiometria da Fala.



Output	Input
Phone right	WN
Phone left	Mic 1
Bone right	AUX 1
Bone left	AUX 2
Free field 1	SN
Free field 2	Wavefile 1
Insert right	Wavefile 2
Insert left	

A lista **Output (Saída)** para o canal 1 fornece a opção para teste através dos transdutores desejados. Observe que o sistema só mostra os transdutores calibrados.

A lista de **Entrada** para o canal 1 fornece a opção para selecionar ruído branco (WN), speech noise (SN), Mic1, AUX1, AUX2 e arquivo wave.

Observe que o sombreamento do plano de fundo é de acordo com o lado selecionado, vermelho para direito e azul para esquerdo.


Input	Output
WN	Phone right
Mic 1	Phone left
AUX 1	Free field 1
AUX 2	Insert right
SN	Insert left
	off

A lista **Output (Saída)** para o canal 1 fornece a opção de teste através dos transdutores desejados. Observe que o sistema só mostra os transdutores calibrados.

A lista de **Entrada** para o canal 2 fornece a opção para selecionar ruído branco (WN), speech noise (SN), Mic1, AUX1, AUX2 e arquivo wave.

Observe que o sombreamento do plano de fundo é de acordo com o lado selecionado, vermelho para direito, azul para esquerdo e branco quando desligado.

Pontuação de Fala:



- a) **Correto:** Clicar com o mouse neste botão armazenará a palavra como corretamente repetida. Você pode também clicar na tecla seta para a **esquerda** para armazenar como correto*.
- b) **Incorreto:** Clicar com o mouse neste botão armazenará a palavra como incorretamente repetida. Você pode também clicar na tecla seta para a **direita** para armazenar como incorreto*.


*ao usar o modo gráfico, a pontuação correta/incorreta é atribuída usando-se as teclas de direção **Para cima** e **Para baixo**.

- c) **Armazenar:** Um clique do mouse sobre este botão irá **armazenar** o limiar de fala no gráfico de fala. Um ponto também pode ser armazenado pressionando **S**.

Pontuação de fonema:



- a) **Pontuação de fonema:** Se for selecionada pontuação de fonema na configuração do AC440, clique com o mouse no número correspondente para indicar a pontuação do fonema. Você pode também clicar na tecla **Up** para pontuar como correto e na tecla **Down** para armazenar como incorreto.
- b) **Armazenar:** Clicar com o mouse neste botão armazenará o limiar de fala no gráfico de fala. Um ponto também pode ser armazenado pressionando **S**.




Exibição de pontuação de frequência e fala mostra o que está atualmente apresentado. À esquerda o valor de dB para o canal 1 é mostrado e no lado direito para o canal 2.

No centro do *Pontuação de fala* atual em % e o *Contador de palavras* monitora o número de palavras apresentadas durante o teste.



3.2.1 Audiometria da fala em Modo gráfico




As configurações de apresentação do modo gráfico em "Símbolos de teste" e as opções de apresentação (CH1 e CH2) na parte superior da tela mostram onde você pode ajustar os parâmetros de teste durante o teste.

- 1) **O gráfico:** As curvas do gráfico de fala gravado serão exibidas na sua tela. O eixo x mostra a intensidade do sinal de fala e o eixo y mostra a pontuação em percentual. A pontuação é também exibida no display preto na parte superior da tela, junto com um contador de palavras.
- 2) **As curvas normativas** ilustram valores normativos para material de fala **S** (Sílabas únicas) e **M** (Multi sílabas) respectivamente. As curvas podem ser editadas segundo as preferências individuais na configuração AC440.
- 3) A área sombreada ilustra a intensidade máxima que o sistema permitirá. O botão *Faixa estendida +20 dB* pode ser pressionado para ir mais alto. O volume máximo é determinado pela calibração do transdutor.



3.2.2 Audiometria da fala em modo de tabela



O modo de tabela AC440 consiste de duas tabelas:

- 1) A tabela **SRT** (Speech Reception Threshold - Limiar de recepção de fala). Quando o teste SRT está ativo, é indicado em laranja **SRT** também há opções para realizar audiometria da fala para encontrar **MCL** (Most Comfortable Level - Nível mais confortável) e **UCL** (Uncomfortable Loudness Level - Nível de ruído desconfortável), também destacado em laranja quando ativado: **MCL**
- 2) A tabela **WR** (Word Recognition - Reconhecimento de palavras). Quando WR1, WR2 ou WR3 está ativa, o rótulo correspondente será laranja **WR1**

A tabela SRT

A tabela SRT (Limiar de reconhecimento da fala) permite medição de múltiplos SRTs usando parâmetros de teste diferentes, p. ex. *Transdutor, Tipo de Teste, Intensidade, Mascaramento e com Prótese*. Após alterar o *Transdutor, mascaramento e/ou Auxiliado* e testar novamente uma entrada de SRT adicional será exibida na tabela SRT. Isso permite que múltiplas medições SRT sejam exibidas na tabela SRT. O mesmo pode ser aplicado na realização da audiometria da fala MCL (Nível mais confortável) e UCL (Nível de ruído desconfortável).

Consulte o documento [Informações Adicionais Affinity2.0/Equinox2.0](#) para mais informações sobre teste SRT.

Right		SRT	Left	
SRT	SRT	Transducer Intensity Masking Test Type Aided Wordlist	SRT	SRT
Phone	Phone		Phone	Phone
30	10		10	30
15	15		15	15
HL	HL		HL	HL
	x		x	
Spondee A	Spondee B	Spondee A	Spondee B	



A tabela WR

A tabela reconhecimento de palavra (WR) permite a medição de múltiplas pontuações WR usando parâmetros diferentes (p. ex. *Transdutor, Tipo de Teste, Intensidade, Mascaramento e Com prótese*).


Ao trocar Transdutor, Mascaramento e/ou Com prótese e reteste, uma entrada WR adicional aparecerá na tabela WR. Isso permite múltiplas medições WR a serem exibidas na tabela WR.

Consulte o documento Informações Adicionais Callisto para obter mais informações sobre testes de reconhecimento de palavras.

Right		WR1	WR2	WR3	Left
WR1	WR1			WR1	WR2
Phone	FF1	Transducer		Phone	FF2
55	55	Intensity		55	30
		Masking			
85	95	Score		90	100
	x	Aided			
NU-6 LIST 1A	NU-6 LIST 3A	Wordlist		NU-6 LIST 1A	Spondee A

Opções binaural e com prótese

Para realizar teste de fala binaural:


1. Clique em SRT ou WR, para escolher o teste a ser conduzido de forma binaural
2. Certifique-se que os transdutores estejam configurados para teste binaural. Por exemplo, inserir Direito no canal 1 e inserir Esquerdo no canal 2
3. Clique em  Binaural
4. Prossiga com o teste; quando armazenado, os resultados serão armazenados como resultados binaurais

Right		WR1	WR2	Left	
WR1	WR2			WR1	WR2
Insert	Insert	Transducer		Insert	Insert
60 dB	55 dB	Intensity		60 dB	55 dB
35 dB		Masking		35 dB	
60 %	80 %	Score		50 %	80 %
		Aided			
NU-6 LIST 1A	NU-6 LIST 1A	Wordlist		NU-6 LIST 1A	NU-6 LIST 1A

Binaural Test

Para realizar um teste com prótese:

1. Selecione o transdutor desejado. Tipicamente, o teste com prótese é feito no campo livre. Entretanto, em certas condições, seria possível testar instrumentos de audição CIC profundamente inseridos sob headphones, o que poderia mostrar resultados específicos da orelha
2. Clique no botão Aided (com prótese)
3. Clique no botão Binaural se o teste for realizado em campo livre de forma que os resultados sejam armazenados para ambas as orelhas ao mesmo tempo
4. Prossiga com o teste, os resultados serão então armazenados como com prótese exibindo um ícone Com prótese.

WR2
FF1
15 dB
80 %

NU-6 LIST 3A



3.2.3 Gerenciador de atalhos de teclado do PC


O Gerenciador de Atalhos do PC permite ao usuário personalizar os atalhos do PC no Módulo AC440. Para acessar o Gerenciador de Atalhos do PC:

Vá para AUD module | Menu | Setup | PC Shortcut Keys (Módulo AUD/Menu/Configuração/Teclas de atalho PC)

Para ver os atalhos padrão, clique nos itens na coluna da esquerda (Common 1, Common 2, Common 3, etc.).



Para personalizar um atalho, clique na coluna do meio e adicione o atalho padrão no campo à esquerda da tela.



1. **Exportar todos os atalhos:** Use esta função para salvar atalhos personalizados e transferi-los para outro computador.
2. **Importar atalhos:** Use esta função para importar atalhos que já foram exportados de outro computador.
3. **Restaurar todos os padrões:** Use esta função para restaurar os atalhos do PC para as configurações padrão de fábrica.



3.2.4 Especificações técnicas do software AC440

Marca CE:	A marca CE junto com o símbolo MD indicam que a Interacoustics A/S atende aos requisitos dos Regulamentos de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Anexo I A aprovação do sistema de qualidade é efetuada pela TÜV – n.º de identificação: 0123.	
Normas de audiômetro	Tom: IEC60645-1:2017/ANSI S3.6:2018 Tipo 1 EHF Fala: IEC60645-1:2017/ANSI S3.6:2018 Tipo A ou A-E	
Transdutores e calibração:	As informações sobre calibração e instruções encontram-se no manual de manutenção. Verifique o Apêndice para níveis RETSPL de transdutores incluído	
Condução aérea DD45 TDH39 DD65 v2 HDA300 DD450 Tom E.A.R 5A	ISO 389-1 2017, ANSI S3.6-2018 ISO 389-1 2017, ANSI S3.6-2018 PTB 1.61-4091606/18, AAU 2018 Relatório PTB 1.61.4066893/13 ISO 389-8 2004, ANSI S3.6-2018 ISO 389-2 1998, ANSI S3.6-2018	Força estática do arco de cabeça: 4.5N ±0.5N Força estática do arco de cabeça: 4.5N ±0.5N Força estática do arco de cabeça: 11,5 N±0,5 N Força estática do arco de cabeça: 8,8N ±0.5N Força estática do arco de cabeça: 10N ±0.5N
Condução óssea B71 B81	Colocação: Mastóide ISO 389-3 2016, ANSI S3.6-2018 ISO 389-3 2016, ANSI S3.6-2018	Força estática do arco de cabeça: 5.4N ±0.5N Força estática do arco de cabeça: 5.4N ±0.5N
Campo livre	ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2018	
Alta Frequência	ISO 389-5 2006, ANSI S3.6-2018	
Mascaramento efetivo	ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2018	
Interruptor de resposta do paciente:	Botão de ação manual.	
Comunicação do paciente:	Talk Forward e Talk Back.	
Monitor:	Saída através de fone de ouvido externo ou alto-falante.	
Estímulos:	Tom puro, tom Warble, NB, SN, WN, ruído TEN, ruído PED, arquivos Wave.	
Tom	125-20000Hz separados em dois intervalos 125-8000Hz and 8000-20000Hz. Resolução 1/2 a 1/24 de oitava.	
Tom Warble	Sino 1-10 Hz +/- 5% modulação	
Arquivo Wave	Amostragem 44100Hz, 16 bits, 2 canais	
Mascaramento Ruído de banda estreita: Ruído branco: Speech noise	Seleção automática de ruído narrow band (ou white noise) para apresentação de tom e speech noise para apresentação de fala. IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018, 5/12 Filtro de oitava com a mesma resolução de frequência central do Tom puro. 80-20000 Hz medido com largura de banda constante IEC 60645-1:2017, ANSI S3.6-2018. 125-6300Hz descendente 12dB/oitava a cima 1KHz +/-5dB	
Apresentação	Manual ou Reversa. Pulsos simples ou múltiplos tempo de pulso ajustável de 200mS a 5000mS em intervalos de 50mS. Simultâneo ou alternante.	
Intensidade	Verifique o apêndice em anexo quanto aos níveis máximos de saída	
Intervalos	Passos de intensidade disponíveis são 1, 2 ou 5 dB	
Precisão	Níveis de pressão do som ± 3 dB. Níveis de força de vibração: ± 4 dB.	
Função estender faixa	Se não for ativada, a saída de condução aérea será limitada a 20 dB abaixo da saída máxima.	
Frequência	Amplitude: 125Hz a 8kHz (Opcional Alta Frequência: 8 kHz to 20 kHz)	



	Exatidão: Melhor que $\pm 1\%$
Distorção (THD)	Níveis de pressão sonora: abaixo de 2,5 % Níveis de força de vibração: abaixo de 5,5 %.
Indicador de sinal (VU)	Ponderação de tempo: 350mS Faixa dinâmica: -20dB to +3dB Características do retificador: RMS Entradas selecionáveis são fornecidas com um atenuador pelo qual o nível pode ser ajustado para a posição de referência do indicador (0dB).
Nível de saída de campo livre:	Compilando INC60645-1 2017/ANSI S3.6 2018 a uma distância de 1 metro do alto-falante
Capacidade de armazenamento:	Audiograma tonal: dB NA, MCL, UCL, Tinnitus. Audiograma de fala: WR1, WR2, WR3, MCL, UCL, com prótese, sem prótese e binaural.
Software compatível:	Compatível com Noah 4, OtoAccess®e XML



3.3 A tela REM440

A seção que se segue descreve os elementos da tela REM:



Menu

O **Menu** oferece acesso a Arquivo, Editar, Visualização, Modo, Configuração e Ajuda.



O botão **Imprimir** imprime os resultados do teste usando o modelo de impressão selecionada. Se nenhum modelo de impressão tiver sido selecionado, os resultados exibidos na tela atualmente serão impressos.



O botão **Salvar & Nova Sessão** salva a sessão atual no Noah ou OtoAccess® e abre uma nova sessão.



O botão **Guardar & Sair** guarda a sessão atual no Noah ou OtoAccess® e sai do Suite.



O botão **Alterar Orelha** permite-lhe passar entre as orelhas direita e esquerda. Clique com o botão direito sobre o ícone da orelha para visualizar *ambos os lados*.

Clique com o botão



NOTA: Medições binaurais in situ podem ser realizadas quando ambas as orelhas são visualizadas (tanto para medições REIG como REAR). O recurso binaural permite que o examinador visualize as medições binaurais direita e esquerda simultaneamente.



Alternar entre tela única e combinada alterna entre exibir uma ou múltiplas medições no mesmo gráfico REM. □




O botão **Alternar entre Medição Singular e Contínua** alterna entre uma única varredura ou um sinal de teste executado continuamente até que se pressione STOP.



Congelar Curva permite fazer uma foto instantânea de uma curva REM ao testar com sinais de banda larga. Em outras palavras, a curva congela um momento em particular enquanto o teste continua.




NOTA: A opção Congelar curva funciona somente para sinais de banda larga (ex.: ISTS) no modo contínuo



A **Lista de Protocolos** permite-lhe selecionar um protocolo de teste (por padrão ou definido por utilizador) para ser utilizado na sessão de teste atual.




O botão de **Configuração Temporária** permite a realização de alterações temporárias no âmbito do protocolo de teste selecionado. As alterações serão válidas apenas para a sessão atual. Depois de efetuar as alterações e regressar à tela principal, o nome do protocolo de teste será seguido por um asterisco (*).



Lista de histórico das sessões acessa mensurações in situ obtidas para o paciente selecionado, para comparação ou impressão.



Alternar entre Bloquear e Desbloquear a Sessão Selecionada congela a sessão atual ou histórica da sessão na tela, para comparação com outras sessões.



O botão **Ir para Sessão Atual** leva-o de volta à sessão atual.



O botão **Alternar entre Acoplador e Orelha** permite a você alternar entre modo in situ (orelha real) e acoplador. Note que este ícone só se torna ativo se um RECD previsto ou medido estiver disponível.




O botão **Editor de Relatórios** abre uma janela em separado para adicionar notas à sessão atual. Note que depois de guardar a sessão, não poderão ser adicionadas alterações ao relatório.

Após salvar a sessão, as alterações só podem ser realizadas dentro do mesmo dia até que a data mude (à meia-noite). **Nota:** esses períodos de tempo são limitados por HIMSA e o software Noah, e não pela Interacoustics.




Frequência única é um teste que permite que o instalador reproduza um tom modulado de frequência única. Uma vez clicada, podem ser vistas no gráfico a frequência exata, entrada e saída. A frequência pode ser ajustada para cima e para baixo usando as setas Direita e Esquerda no teclado. Clique no botão para ligar e clique novamente para desligar.




Ajuste UCL (Uncomfortable Levels) Para limitar a intensidade do sinal do sistema enquanto mede MPO durante uma situação de medição de orelha real, o botão UCL pode ser ativado. Uma vez ativado, uma linha vermelha aparecerá no gráfico e o sistema para de medir se este nível UCL for atingido. Esta linha vermelha pode ser ajustada com o controle deslizante.

NOTA: Limiares UCL devem ser inseridos no audiograma para a linha vermelha quando o botão UCL está ativo. Para desativar este recurso, pressione o botão UCL novamente.





O botão **Modo Flutuante** converte o REM440 em uma janela no topo que inclui somente os recursos essenciais REM. A janela é automaticamente colocada no topo de outros programas de software ativos tal como o software de ajuste do aparelho auditivo relevante. Enquanto ajusta as alças de ganho no software de adaptação, a tela REM440 ficará o tempo todo no topo da tela de adaptação do aparelho auditivo, permitindo comparar curvas facilmente.




Para retornar ao REM440 original, pressione o X vermelho no canto superior direito.



Calibração do tubo ativa a calibração do tubo. Antes da medição recomenda-se calibrar o tubo da sonda. Isso é feito pressionando o botão calibração. Siga as instruções na tela (veja tela abaixo) e pressione OK. A calibração será então realizada automaticamente resultando na curva abaixo. Observe que a calibração é sensível a ruído e o clínico deve assegurar que a sala está em silêncio antes de calibrar.



Os botões **Visualização Simples/Avançada** alterna entre uma visualização avançada da tela (incluindo o teste e as informações de prescrição de adaptação do lado direito) e uma visualização mais simples, com um gráfico maior somente.



Os botões **Sistema coordenado (normal e reverso)** permitem a você alternar entre visualizar gráfico reverso e normal. Isso pode ser útil para fins de aconselhamento, uma vez que a visualização reversa parece mais similar ao audiograma e pode então ser mais fácil para o cliente compreender ao explicar os resultados.




O botão **Inserir/Editar Alvo** permite a você digitar um alvo individual ou editar um existente. Pressione o botão e insira os valores do alvo preferidos na tabela como ilustrado abaixo. Quando estiver satisfeito, clique OK.

Frequency (Hz)	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	10000
Intensity (dB)		53	62	60	61	63	67	69	65	61	57	



O botão **Visualizar tabela** fornece uma visualização do gráfico dos valores medidos e alvo.





REUG (65 dB)												
REAR (speech 55 dB)												
	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	10000
55 dB	66	63	65	67	67	60	61	67	70	74		
55 dB-T	54	57	54	53	56	60	60	58	53	49		
REAR (speech 65 dB)												
	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	10000
65 dB	73	70	73	70	80	83	83	86	89	83		
65 dB-T	64	67	64	63	66	70	70	68	63	59		
REAR (speech 75 dB)												
	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	10000
75 dB	86	86	84	82	80	85	79	78	76	75		
75 dB-T	65	73	77	76	83	86	85	82	72	66		
REAR (pure tone 80 dB)												
	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000	10000
80 dB		119	119		121		119		119		120	
80 dB		120	120		121		119		119		118	



Show Cursor on Graph (Exibir Cursor no Gráfico) trava o cursor à curva, exibindo a frequência e a intensidade em qualquer dado ponto ao longo da curva de medida.



Usar microfone de referência oposto permite que o examinador utilize um microfone de referência no lado oposto àquele em que o microfone de medição da sonda está. Para usar este recurso, posicione o tubo da sonda na orelha do paciente, com o aparelho auditivo. Posicione o microfone de referência na outra orelha do paciente. Ao pressionar este botão, o mic de referência no lado oposto é o que deve ser usado durante a medição. Este tipo de cenário é frequentemente usado em colocações CROS e BiCROS.



Single Graph (gráfico único) permite que o examinador visualize a medição binaural em um gráfico, sobrepondo as curvas dos lados esquerdo e direito.

Ativar/desativar valores delta permite que o examinador veja a diferença calculada entre a curva de medição e o alvo.



A **Seleção de estímulos** permite selecionar um estímulo para ensaio.




Monitor: caso deseje ouvir os estímulos amplificados através de um monitor.

Conecte um fone monitor à saída monitor no hardware. Recomenda-se usar somente um fone monitor aprovado pela Interacoustics.

Selecione a caixa do Monitor.



Utilize o controle para aumentar ou diminuir o nível do som.





O **Current Protocol** (Protocolo Atual) está listado no canto inferior esquerdo. Isto destaca o teste que está a realizar atualmente e os restantes testes na bateria. As marcas de verificação indicam que está a ser medida uma curva.

Os protocolos de teste podem ser criados e ajustados nas definições do REM440.


A **Color** (Cor) de cada botão de teste indica a cor selecionada para cada curva.

 Este ícone de sequenciação permite ao utilizador efetuar medições assistidas sequencialmente. O ícone pode ser selecionado e isto, por sua vez, fará com que o ícone fique em negrito:  O utilizador seleciona quais os níveis de entrada que são necessários na sequência.

Ao premir este botão  executará as medições selecionadas na sequência automatizada de cima para baixo.



O botão **Iniciar/Parar** inicia e termina o teste atual. Note que depois de pressionar *INICIAR*, o texto do botão mudará para *PARAR*.



O **Gráfico** mostra as curvas REM medidas. O eixo X mostra a frequência e o eixo Y mostra a intensidade do sinal de teste.

Visualizar Ganho/Resposta permite alternar entre ver a curva com uma curva de ganho ou de resposta. Observe que esta opção não está ativa para REIG.

Tipo de medição é indicado acima do gráfico, junto com uma indicação de lado direito/esquerdo. Neste exemplo o REIG é exibido para a orelha direita.

Alterar o nível de entrada usando o controle deslizante no lado direito.

Rolar gráfico para cima e para baixo do lado esquerdo permite rolar o gráfico para cima ou para baixo, garantindo que a curva esteja sempre visível no meio da tela.

A **Prescrição de adaptação** e informações relacionadas podem ser ajustadas no lado direito da tela. Selecione a sua prescrição de adaptação preferida na lista suspensa superior.

Escolha entre Berger, DSL v.5.0, Half Gain, NAL-NL1, NAL-NL2, NAL-R, NAL-RP, POGO1, POGO2, Third Gain, ou "Personalizado" se você tiver editado seu alvo com o recurso Editar.

O alvo exibido será calculado com base na prescrição de adaptação selecionada e o audiograma e pode ser exibido como alvo REIG e/ou REAR. **Se nenhum audiograma for inserido na tela de audiograma, nenhum alvo será exibido.**

Observe que as configurações de prescrição de adaptação (tais como *Idade* e *Tipo de cliente*) diferirão dependendo de qual prescrição de adaptação for selecionada.



Recorded method	FFT 1/3 Oct.
Input Level	65 dB SPL
Stimulus	ISTS
Measured in	Real Ear
Curve type	Measured
Smoothing index	5
Curve comment	

Detalhes de medição da curva selecionada são exibidos como uma tabela do lado direito da tela.

Pode ser inserido um **Comentário da Curva** por cada curva na seção de comentários no lado direito.


Selecione uma curva utilizando as caixas dos marcadores das curvas sob as opções de exibição da Curva, e introduza um comentário na seção específica.

O comentário surge então na seção de comentários, sempre que a curva for selecionada.



Poderá encontrar as **Opções de Apresentação de Curvas** no canto inferior direito.

Se você mediu mais curvas do mesmo tipo (p. ex. curvas REIG), eles serão listados por seu nível de entrada. Selecione aquelas que devem ser apresentadas no gráfico.



Clicar com o botão direito no nível de entrada no mostrador de curva dará várias opções ao adaptador.




Figura de indicação de hardware: A figura indica se o hardware está conectado.

Ao abrir o Suite, o sistema faz uma pesquisa automática pelo hardware. Se não detectar o hardware, o sistema continuará automaticamente em modo de simulação e o ícone de simulação (à direita, acima) irá aparecer no lugar da imagem de indicação de hardware conectado (acima, à esquerda).




3.3.1 Especificações técnicas - software REM440

Marca CE para dispositivos médicos:	A marca CE junto com o símbolo MD indicam que a Interacoustics A/S atende aos requisitos dos Regulamentos de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Anexo I A aprovação do sistema de qualidade é efetuada pela TÜV – n.º de identificação: 0123.	
Normas de Medição da Orelha Real:	IEC 61669:2015, ANSI S3.46:2013	
Estímulos	Voz em tempo real Tom ondulado Tom puro Ruído de fala Ruído aleatório Ruído pseudoaleatório Ruído rosa Chiado Banda de ruído branco limitada ICRA	Fala real ISTS Ruído de banda estreita /SS/ /SH/ IFFM Ruído de equalização dos limiares (IF) Sons da vida real Arquivos de som padronizados (calibração automática disponível)
Faixa de frequência	No ouvido: 100 Hz – 12,5 kHz Acoplador: 100 Hz – 16kHz	
Precisão da frequência	< ± 1%	
Distorção	Alto-falante interno: 200 Hz – 250 Hz < 3% a 70 dB 250 Hz – 400 Hz < 3% a 75 dB 400 Hz – 16.000 Hz < 3% a > 90 dB SP100: 100 Hz – 200 Hz: < 3% a 75 dB 200 Hz – 16.000 Hz < 3% a > 90 dB	
Faixa de intensidade da estimulação	40 – 100 dB	
Precisão da intensidade	100 Hz – 200 Hz < ± 3 dB 200 Hz – 8.000 Hz < ± 1,5 dB 8.000 Hz – 16.000 Hz < ± 5 dB	
Faixa de intensidade da medição	Microfone sonda: 40-140 dB SPL ± 2 dB Microfone de referência: 40 – 100 dB ± 2 dB	
Resolução da frequência	1/3, 1/6, 1/12 e 1/24 de oitava ou FFT de 1.024 pontos (Largura da banda: 43 Hz).	
Cross talk (Fala cruzada)	Cross talk na sonda e tubo de sonda alterará os resultados obtidos com menos de 1 dB em todas as frequências.	
Ruído de banda estreita	5/12 de oitava filtrado	
Testes disponíveis	REUR REUG REIG RECD REAR REAG REOG	REOR Entrada/saída Transparência de FM Nível de Audição, somente FM Transição de aparelhos auditivos Direcionalidade Mapeamento visível da fala
Software compatível:	Noah 4, OtoAccess® e compatível com XML	



3.4 A tela HIT440

A seção que se segue descreve os elementos da tela HIT:



Menu

O **Menu** oferece acesso à Impressão, Edição, Visualização, Modo, Configuração e Ajuda.



O botão **Print** (Imprimir) permite-lhe imprimir apenas os resultados dos testes atualmente apresentados na tela. Para imprimir vários testes numa só página, selecione "Print" (Imprimir) e depois "Print Layout" (Disposição de Impressão).



O botão **Salvar & Nova Sessão** salva a sessão atual no Noah ou OtoAccess® e abre uma nova sessão.



O botão **Guardar & Sair** guarda a sessão atual no Noah ou OtoAccess® e sai do Suite.



O botão **Alterar Orelha** permite-lhe passar entre as orelhas direita e esquerda. Clique com o botão direito sobre o ícone da orelha para visualizar *ambas as orelhas*.



O botão **Passar entre o Display Único e Combinado** alterna entre a visualização de uma ou várias medições no mesmo gráfico HIT. □




O botão **Alternar entre Medição Singular e Contínua** alterna entre uma única sondagem ou um sinal de teste executado continuamente até que se pressione STOP.



A **Curva de Congelamento** permite tirar uma foto instantânea de uma curva HIT ao testar com sinais de banda larga. Em outras palavras, a curva congela um momento em particular enquanto o teste continua.

NOTA: A opção Congelar Curva funciona apenas num protocolo criado indutivamente para os sinais de banda larga (ex.: ISTS) no modo contínuo



A **Lista de Protocolos** permite-lhe selecionar um protocolo de teste (padrão ou definido por utilizador) para ser utilizado na sessão de teste atual.



O botão de **Configuração Temporária** permite a realização de alterações temporárias no âmbito do protocolo de teste selecionado. As alterações serão válidas apenas para a sessão atual. Depois de efetuar as alterações e regressar à tela principal, o nome do protocolo de teste será seguido por um asterisco (*).

NOTA: Os protocolos da ANSI e IEC não podem ser modificados temporariamente.



List of historical sessions (Lista de sessões históricas) acessa as sessões históricas para efeitos de comparação.



Alternar entre Bloquear e Desbloquear a Sessão Selecionada congela a sessão atual ou histórica da sessão no ecrã para comparação com outras sessões.




O botão **Ir para Sessão Atual** leva-o de volta à sessão atual.

O botão **Editor de Relatórios** abre uma janela em separado para adicionar notas à sessão atual. Tenha em atenção que depois de guardar a sessão, não poderão ser adicionadas alterações ao relatório.




O botão **Frequência Única** representa um teste manual opcional que permite predefinir o aparelho auditivo antes do HIT.

Coloque o aparelho auditivo na caixa de testes de orelha e pressione o botão de frequência única. Um tom de 1000 Hz surge então, permitindo-lhe visualizar a entrada e saída exatas do aparelho auditivo. Aperte o botão uma vez mais para terminar o teste.





Os botões **Visualização Simples/Avançada** alternam entre a visualização de tela avançada (incluindo a informação sobre testes e indicação de adaptação no lado direito) e uma visualização mais simples, apenas com um gráfico maior.





Os botões do **Sistema Coordenado Normal e Reverso** permitem-lhe alternar entre os gráficos reverso e normal.

Isto pode ser útil para efeitos de aconselhamento, visto que as curvas inversas são mais semelhantes ao audiograma e, por conseguinte, pode ser mais fácil para que o paciente compreenda ao explicar-lhe os resultados. **Show cursor on graph** (Apresentar cursor no gráfico) oferece informação sobre cada ponto específico medido na curva. O cursor é "bloqueado" à curva e uma etiqueta de frequência e intensidade será colocada na posição do cursor, conforme ilustrado abaixo:




A **Seleção de estímulos** permite selecionar um estímulo para teste. A opção de cascata apenas se encontra presente para protocolos de teste personalizados. As normas (ex. ANSI e IEC) possuem estímulos fixos.



Monitor: caso deseje ouvir os estímulos amplificados através de um monitor.

1. Conecte um fone monitor à saída monitor no hardware.
2. Selecione a caixa do Monitor.
3. Utilize o controle para aumentar ou diminuir o nível do som.
- 4.



O **Protocolo Atual** é listado no canto inferior esquerdo.

O indica que o teste faz parte de um fluxo de testes automáticos (Auto Run). Ao pressionar "START" (iniciar), todos os testes com a marca de seleção serão realizados.

Caso deseje realizar apenas um teste, selecione-o clicando sobre o mesmo com o mouse. A seguir, clique com o lado direito para selecionar "Run this test" (realizar este teste).

Depois de realizar um teste, o sistema passa automaticamente para o próximo da lista. indica que a curva foi medida.

A **indicação de cor** representa a cor selecionada para cada curva.

Os protocolos de teste podem ser criados e ajustados nas definições do HIT440.



O botão **Start/Stop (iniciar/parar)** inicia e termina todos os testes. Note que depois de pressionar **INICIAR**, o texto do botão mudará para **PARAR**.



Graph (Gráfico) apresenta as curvas HIT. O eixo X apresenta a frequência e o eixo Y apresenta a saída ou ganho, dependendo da medição efetuada.

O **Tipo de Medição** é impresso acima do gráfico em conjunto com uma indicação direito/esquerdo. Neste exemplo, o OSPL90 é apresentado para a orelha esquerda.

Alterar o Nível de Entrada utilizando o controle no lado direito. NOTA: no que diz respeito aos protocolos padrão da indústria (ANSI e IEC), o nível de entrada é especificado pelas normas e não pode ser alterado.

Rolar o Gráfico para Cima/Baixo no lado esquerdo permite rolar o gráfico para cima e para baixo, garantindo que a curva permaneça sempre visível no meio da tela.

Input level	90 dB
Frequency	
Max OSPL90 frequency	4000 Hz
Max OSPL90 level	115,25 dB
HFA frequencies	1000, 1600, 2500 Hz
HFA level	105,7 dB
Curve type	Sweep 1/6 Oct.
Stimulus	Pure Tone
Coupler type	2 cc (IEC 126)
Battery	Standard battery
Smoothing index	0

Detalhes de medição: Nesta tabela, os detalhes da curva podem sempre ser visualizados. Desta forma, o profissional possui sempre uma visão abrangente daquilo que está a ser medido. Leia informações como o Nível de entrada, SLP máx., Tipo de curva, Estímulos e Tipo de acoplador.

Curve comment
Here curve comments can be added...

Pode ser inserido um **Comentário da Curva** para cada curva, na seção de comentários no lado direito.

Selecione uma curva utilizando as caixas dos marcadores das curvas sob as opções de exibição da Curva, e introduza um comentário na seção específica.

O comentário surge então na secção de comentários, sempre que a curva for selecionada.

90 dB

É possível encontrar as **Opções de Apresentação de Curvas** no canto inferior direito.

Caso tenha medido mais curvas do mesmo tipo (ex. curvas de resposta de frequência), as mesmas estarão listadas pelo seu nível de entrada. Selecione aquelas que devem ser apresentadas no gráfico.



3.4.1 Software HIT440 - Especificações técnicas

Marca CE:	A marca CE junto com o símbolo MD indicam que a Interacoustics A/S atende aos requisitos dos Regulamentos de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Anexo I A aprovação do sistema de qualidade é efetuada pela TÜV – n.º de identificação: 0123.	
Normas de Analisador de Aparelho Auditivo:	IEC 60118-0:2015, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2014	
Gama de frequência:	100-16000Hz.	
Resolução de frequência:	1/3, 1/6, 1/12 e 1/24 oitava ou 1024 ponto FFT.	
Precisão da frequência:	< ± 1 %	
Estímulos	Tom ondulado Tom puro Ruído de banda estreita Ruído aleatório Ruído pseudoaleatório Ruído rosa Banda de ruído branco limitada Ruído de fala Chiado	ISTS ICRA Fala real IFFM Ruído de equalização dos limiares (IF) /SS/ /SH/ Arquivos de som padronizados (calibração automática disponível)
Velocidade de Alcance:	4 – 22 seg.	
FFT:	Resolução de 1024 pontos. Média: 1 seg – 1200 seg	
Faixa de intensidade de estímulo:	40-100 dB SPL em passo 1 dB.	
Exatidão da intensidade:	100Hz – 200Hz: < ± 3 dB 200Hz - 8000Hz: < ± 1,5 dB 8000Hz – 16000Hz: < ± 5 dB	
Faixa de intensidade de medição:	100Hz – 200Hz: 40-145 dB SPL ± 3 dB 200Hz - 8000Hz: 40-145 dB SPL ± 1,5 dB 8000Hz – 16000Hz: 40-145 dB SPL ± 5 dB	
Distorção do estímulo:	70 dB SPL: < 0.5%THD 90 dB SPL: < 2 % THD	
Precisão da voltagem da bateria:	± 50mV	
Precisão da corrente da bateria:	± 5%	
Simulador de bateria:	Tipos padrão e personalizados são selecionáveis	
	<i>Bateria padrão</i>	<i>Impedância [Ω] Tensão [V]</i>
	Zinco-ar 5	8,2 1,3
	Zinco-ar 10	6,2 1,3
	Zinco-ar 13	6,2 1,3
	Zinco-ar 312	6,2 1,3
	Zinco-ar 675	3,3 1,3
	Mercúrio 13	8,0 1,3
	Mercúrio 312	8,0 1,3
	Mercúrio 657	5,0 1,3
	Mercúrio 401	1,0 1,3
	Prata 13	8,2 1,5
	Prata 312	10,0 1,5
	Prata 76	5,1 1,5



	Tipos personalizados	0 – 25	1,1 – 1,6
Testes disponíveis:	Podem ser customizados testes adicionais por parte do utilizador		
	OSPL90 Ganho total Entrada/Saída Ataque/Tempo de recuperação Ganho do teste de referência Resposta de frequência Ruído de entrada equivalente	Distorção harmónica Distorção de intermodulação Dreno de corrente da bateria Direccionalidade do microfone Resposta de frequência de bobina Distorção harmónica de bobina Resposta de ganho total da bobina	
Protocolos pré-programados:	O software HIT440 vem com um conjunto de Protocolos de teste carregados. O utilizador pode customizar protocolos de teste adicionais, ou importá-los facilmente para o sistema.		
Software compatível:	compatível com Noah 4, OtoAccess® e XML		




3.5 Usando o assistente de impressão

O Assistente de Impressão apresenta a opção para criar modelos de impressão personalizados que podem ser interligados aos protocolos individuais para uma impressão mais rápida. O Assistente de Impressão pode ser alcançado de duas formas.

- Se você quiser usar um modelo para uso geral, ou selecionar um existente para impressão: Vá para **Menu/ File/Print Layout...** em qualquer uma das abas do Affinity Suite (AUD, REM ou HIT).
- Se você quiser criar um modelo ou selecionar um existente para vincular a um protocolo específico: Selecione a guia Módulo (AUD, REM ou HIT) relacionada a um protocolo específico e selecione **Menu/Configurar/Configurar AC440**, **Menu/Configurar/Configurar REM440**, ou **Menu/Configurar/Configurar HIT440**. Selecione o protocolo específico a partir do menu suspenso e selecione **Print Setup** na parte inferior da janela.

Agora, a janela **Print Wizard (Assistente de Impressão)** se abre e apresenta as seguintes informações e funcionalidades:



- Abaixo as **Categorias** que podem ser selecionadas


12b

- **Templates (Modelos)** para apresentar todos os modelos disponíveis
 - **Factory defaults (Definições de fábrica)** para apresentar apenas os modelos padrão
 - **User defined (Definido pelo utilizador)** para apresentar apenas os modelos customizados
 - **Hidden (Oculto)** para apresentar modelos ocultos
 - **My favorites (Os meus favoritos)** para apresentar apenas os modelos marcados como favoritos
- Os modelos disponíveis a partir da categoria selecionada são apresentados na área de visualização de **Templates (Modelos)**.
 - Os modelos originais de fábrica são reconhecidos pelo ícone de um cadeado. Estes asseguram que você possui sempre um modelo padrão e não necessita criar um modelo personalizado. No entanto, para editar estes modelos padrão, eles precisam ser salvos com um novo nome. Os modelos **definidos/criados pelo utilizador** podem ser definidos como **Read-only (Leitura apenas)** (representado pelo ícone do cadeado), clicando com o botão direito do mouse sobre o modelo e selecionando **Read-only (Leitura apenas)** a partir da lista.



- O estado **Read-only (Leitura apenas)** também pode ser removido dos modelos **Definidos pelo utilizador** seguindo os mesmos passos.
- Os modelos adicionados aos **My favorites (Os meus favoritos)** são marcados com uma estrela. Adicionar modelos aos **My favorites (Os meus favoritos)** permite uma visualização rápida dos modelos que utilize mais frequentemente.
 - O modelo que está anexado ao protocolo selecionado ao acessar o assistente de impressão através da janela **AC440** ou **REM440** é reconhecido por uma marca de seleção. Clique sobre o botão **New Template (Novo modelo)** para abrir um novo modelo vazio.
 - Selecione um dos modelos existentes e clique no botão **Edit Template (Editar modelo)** para modificar o layout selecionado.
 - Selecione um dos modelos existentes e clique no botão **Delete Template (Apagar modelo)** para apagar o modelo selecionado. Será pedido que você confirme se deseja realmente apagar o modelo.
 - Selecione um dos modelos existentes e clique no botão **Hide Template (Ocultar modelo)** para ocultar o modelo selecionado. O modelo será apenas visível quando a opção **Hidden (Oculto)** for selecionada em **Categories (Categorias)**. Para desocultar o modelo, selecione **Hidden (Oculto)** em **Categories (Categorias)**, clique com o botão direito do mouse no modelo desejado e selecione **View/Show (Visualizar/Apresentar)**.
 - Selecione um dos modelos existentes e clique no botão **My Favorites (Os meus favoritos)** para marcar o modelo como favorito. O modelo pode agora ser facilmente encontrado quando selecionar **My Favorites (Os meus favoritos)** sob **Categories (Categorias)**. Para remover um modelo marcado com uma estrela de My Favorites (Os meus favoritos), selecione o modelo e clique no botão **My Favorites (Os meus favoritos)**.
 - Selecione um dos modelos e clique no botão **Preview (Pré-visualizar)** para pré-visualizar a impressão do modelo na tela.
 - Dependendo de como acessou o assistente de impressão, terá a opção de clicar em:
 - Print (Imprimir)** para utilizar o modelo selecionado para impressão ou clicar em
 - Select (Selecionar)** para dedicar o modelo selecionado ao protocolo de onde você chegou ao Assistente de Impressão.
 - Para abandonar o assistente de impressão sem selecionar ou alterar um modelo, clique em **Cancel (Cancelar)**.

Clicar com o botão direito do mouse sobre um modelo específico apresenta um menu que oferece um método alternativo para a realização das opções conforme descritas acima:



Para mais informações relacionadas a relatórios de Impressão e Assistente de Impressão, consulte o documento Informações Adicionais Affinity Compact ou o Guia Rápido de Relatórios de Impressão (Print Report Quick Guide) em www.interacoustics.com



4 Manutenção

4.1 Procedimentos de manutenção geral

O desempenho e a segurança do instrumento serão mantidos se forem observadas as seguintes recomendações para o cuidado e a manutenção:

- O instrumento deve passar por uma revisão geral anual, no mínimo, para assegurar que as propriedades acústicas, elétricas e mecânicas estejam corretas. Isso deve ser feito por um técnico autorizado para garantir a revisão e reparo adequados, já que a Interacoustics fornece os diagramas de circuito necessários para esses técnicos.
- Para garantir que a confiabilidade do instrumento seja mantida, é recomendável que o operador execute um teste em uma pessoa com dados conhecidos, em intervalos regulares (por exemplo, uma vez por semana). Esta pessoa pode ser o(a) próprio(a) operador(a).
- Depois de cada exame de um paciente, certifique-se que não há contaminação das partes do equipamento e acessórios que têm contato com o paciente. Precauções gerais devem ser observadas a fim de evitar a transmissão de infecções e doenças entre pacientes. Se protetores de fones ou fones intra-auriculares estiverem contaminados, recomenda-se removê-los do transdutor antes de limpá-los. Para evitar a propagação de infecções, o uso de desinfetantes é recomendado. Deve ser evitado o uso de solventes orgânicos e óleos aromáticos.

OBSERVAÇÃO

Deve-se ter muito cuidado ao manusear os fones de ouvido e outros transdutores, pois choques mecânicos podem causar uma mudança de calibração.

4.2 Como limpar os produtos da Interacoustics

Se a superfície do instrumento ou acessórios estiverem contaminadas, estas podem ser limpas com um pano macio umedecido com uma solução suave de água e detergente para louça ou produto similar. Deve ser evitado o uso de solventes orgânicos e óleos aromáticos. Sempre desconecte o cabo USB durante o processo de limpeza e tenha cuidado para que nenhum líquido entre no instrumento ou nos acessórios.



- Antes da limpeza, sempre desligue e desconecte o instrumento da fonte de alimentação
- Utilize um pano suave ligeiramente úmido com agente de limpeza para limpar todas as superfícies expostas
- Não deixe que o líquido entre em contato com as peças de metal que se encontram no interior dos fones de inserção/ supra aurais
- Não proceda a nenhum tipo de autoclave, esterilização ou imersão do instrumento ou acessório em qualquer tipo de líquido
- Não utilize objetos rígidos ou pontiagudos para limpar qualquer peça do instrumento ou acessório
- Não permita que peças que tenham estado em contato com líquidos sequem antes de serem limpas
- As ponteiras de borracha ou espuma são componentes de utilização única

Soluções de limpeza e desinfecção recomendadas:

- Água morna com solução de limpeza suave e não abrasiva (sabão)

Procedimento:

- Limpe o instrumento utilizando primeiro um pano ligeiramente úmido com solução de limpeza para limpar o invólucro exterior
- Limpe os protetores do fone e o interruptor de resposta do paciente e outras peças com um pano suave ligeiramente úmido com solução de limpeza
- Certifique-se de que a área do alto-falante dos fones e partes semelhantes não entrem em contato com a umidade



4.3 Reparos

A Interacoustics somente será considerada responsável pela validade da marcação CE, efeitos sobre a segurança, confiabilidade e desempenho do equipamento se:

1. montagens, extensões, reajustes, modificações ou reparações forem realizados por indivíduos autorizados
2. for mantido um intervalo de manutenção de um ano
3. a instalação elétrica da sala relevante cumprir os requisitos apropriados e
4. o equipamento for utilizado por pessoal autorizado de acordo com a documentação fornecida pela Interacoustics.

O cliente deve procurar o distribuidor local para determinar a possibilidade de serviço/reparos, o que inclui serviço no local. É importante que o cliente (por meio do distribuidor local) preencha o **RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO** (Return Report) todas as vezes em que componentes/produtos forem enviados à Interacoustics para assistência técnica/reparos.

4.4 Garantia

A Interacoustics garante que:

- O Affinity Compact não apresentará defeitos de material e de fabricação sob condições normais de uso e de serviço por um período de 24 meses a contar da data de entrega por Interacoustics ao primeiro comprador
- Os acessórios não apresentam quaisquer defeitos em nível de material e mão-de-obra sob uma utilização normal e serviço por um período de noventa (90) dias a partir da data de entrega do aparelho por parte da Interacoustics ao primeiro comprador

Se qualquer produto exigir manutenção durante o período de garantia aplicável, o comprador deverá comunicar tal fato diretamente ao centro de serviço da Interacoustics local de forma a determinar a forma de reparação mais apropriada. A reparação ou substituição será realizada por conta da Interacoustics, sujeito aos termos da presente garantia. O produto que requerer manutenção deverá ser devolvido o mais rapidamente possível, devidamente embalado, sendo o seu envio pré-pago. Perdas ou danos na remessa de devolução para a Interacoustics serão risco do comprador.

A Interacoustics jamais poderá ser considerada responsável por quaisquer danos acidentais, indiretos ou consequentes relacionados com a compra ou utilização de qualquer produto da Interacoustics.

Isto aplica-se apenas ao comprador original. A presente garantia não se aplica a qualquer proprietário ou titular posterior do produto. Além disso, a presente garantia não é aplicável a, e a Interacoustics não será responsável por quaisquer perdas resultantes da compra ou utilização de qualquer produto Interacoustics que tenha sido:

- reparado por qualquer pessoa que não seja um representante de assistência técnica autorizada da Interacoustics
- alterado e que, de acordo com a avaliação da Interacoustics, tenha afetado a sua estabilidade ou fiabilidade;
- sujeito ao uso incorreto ou negligência ou acidente, ou que tenha tido o seu número de série ou lote alterado, rasurado ou removido; ou
- mantido ou utilizado de forma errada, contrária às instruções fornecidas pela Interacoustics.

A presente garantia substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, e todas as restantes obrigações ou responsabilidades da Interacoustics, e a Interacoustics não oferece nem concede, direta ou indiretamente, a autoridade a qualquer representante ou outra pessoa para assumir em nome da Interacoustics qualquer outra responsabilidade relacionada com a venda dos produtos da Interacoustics.


A INTERACOUSTICS DECLINA A RESPONSABILIDADE DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM OBJETIVO PARTICULAR OU APLICAÇÃO.



4.5 Material de consumo para substituição

4.5.1 Pontas de espuma

As pontas de espuma utilizadas para os transdutores do fone de inserção audiométrico são facilmente substituídas. Estão ligadas ao tubo do fone de inserção pelo bico do tubo, conforme ilustrado na imagem abaixo. São substituídos pressionando-os no bico do tubo ou puxando-os para fora.



Estas são peças de uso único.

Para encomendar peças novas, consulte o distribuidor local da Interacoustics.

4.5.2 Tubos da sonda

Os tubos da sonda REM são utilizados em conjunto com o fone de ouvido IMH60/IMH65. Estão conectados ao tubo fino na parte superior do fone de ouvido IMH60/65, conforme ilustrado na imagem abaixo. Estes são substituídos pressionando-os no tubo ou puxando-os para fora.



Os tubos da sonda REM são de utilização única.

Para encomendar peças novas, consulte o distribuidor local da Interacoustics.

4.5.3 Tubos da sonda SPL60

Os tubos da sonda SPL60 são utilizados em conjunto com a sonda SPL60. Estão conectados ao tubo fino na extremidade da sonda SPL60, conforme ilustrado na imagem abaixo. Estes são substituídos pressionando-os no tubo ou puxando-os para fora.



Os tubos de sonda SPL60 são de utilização única.

Para encomendar peças novas, consulte o distribuidor local da Interacoustics.



4.5.4 Pontas auriculares

As pontas auriculares são utilizadas em conjunto com a sonda SPL60. Estão conectadas à extremidade da sonda SPL60, conforme ilustrado na imagem abaixo. Elas são substituídas pressionando-as na sonda SPL60 ou puxando-as para fora.



As pontas auriculares são de utilização única.

Para encomendar peças novas, consulte o distribuidor local da Interacoustics.



5 Especificações técnicas gerais

5.1 Affinity Compact Hardware - Especificações Técnicas

Marca CE:	A marca CE junto com o símbolo MD indicam que a Interacoustics A/S atende aos requisitos dos Regulamentos de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745 Anexo I A aprovação do sistema de qualidade é efetuada pela TÜV – n.º de identificação: 0123.	
Padrões de segurança	IEC 60601-1:2005 (Terceira Edição) + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + A1:2012, AAMI ES60601-1:2005+A2+A1 CSA-C22.2 No.60601-1:14 Classe I, peças aplicadas tipo B, operação contínua	
Padrão EMC	IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 60645-1:2017	
Calibração	A informação técnica está localizada nas especificações dos módulos de software. As informações sobre calibração e instruções encontram-se no manual de manutenção.	
Requisitos do PC: (mínimo recomendado)	Processador Intel i3 2 GHz 4GB de RAM 2,5 GB de espaço disponível em disco Resolução 1024x768 (1280x1024 ou superior recomendada) Placa gráfica DirectX/Direct3D acelerada por hardware. Uma ou mais portas USB, versão 2.0 ou superior.	
Sistema operacional:	Windows® 10 Professional (64 bits) Windows® 11 Professional (64 bits)	
Softwares compatíveis	Compatível com Noah 4, OtoAccess® e XML.	
Especificações de entrada	Talk Back (Retorno)	240 μ Vrms com ganho de entrada máx. de 0dB leitura VU Impedância de entrada: 47.5K Ω
	Microfone – Talk Forward (falar ao paciente)	240 μ Vrms com ganho de entrada máx. de 0dB leitura VU Impedância de entrada: 47.5K Ω
	Resposta do paciente	Interruptores de 3,3 V para a entrada lógica. (A corrente do interruptor é 1,5 mA)
	AUX	10mVrms com ganho de entrada máx. de 0dB leitura VU Impedância de entrada: 68K Ω
	Fone de ouvido Insitu Ref.	Nível de entrada máx. antes de corte 220mVrms. calibração a 94 dB SPL 250 Hz ou 1 kHz. Impedância de entrada: 68K Ω
	Fone de ouvido Insitu Tubo.	Nível de entrada máx. antes de corte 3800mVrms. calibração relativa ao microfone de referência. Impedância de entrada: 33K Ω
	Microfone de calibração - Ambiente.	Nível de entrada máx. antes de corte 220mVrms. calibração a 94 dB SPL 250 Hz ou 1 kHz. Impedância de entrada: 68K Ω É necessário que um microfone Interacoustics seja utilizado para trabalhar
	Referência da caixa de testes	Nível de entrada máx. antes de corte 220mVrms. calibração a 94 dB SPL 250 Hz ou 1 kHz. Impedância de entrada: 68K Ω
	Acoplador da caixa de testes	Nível de entrada máx. antes de corte 3800mVrms. calibração relativa ao microfone de referência. Impedância de entrada: 33K Ω
Arquivos Wave	Reproduz arquivos wave da unidade de disco rígido	



Especificações de saída	Fones de ouvido AC 1	Até 7,0 Vrms por carga de 10 Ω 70Hz-20kHz ±3dB
	Fones de ouvido AC 2	Até 7,0 Vrms por carga de 10 Ω 70Hz-20kHz ±3dB
	Mascaramento de inserção	Até 7 Vrms por carga de 10 Ω 70Hz-20kHz ±3dB
	ÓSSEA	Até 7,0 Vrms por carga de 10 Ω 70Hz-20kHz ±3dB
	Alimentação FF1 / FF2	Até 14,0 Vrms por carga de 8 Ω 70Hz-20kHz ±3dB Impedância mínima do alto-falante: 4Ω
	Linha FF1-2	Até 7,0 Vrms por carga de 1 kΩ 70Hz-20kHz ±3dB
	Monitor	Até 3,1 Vrms à carga de 4Ω 125-20kHz ±3dB
	Fone de ouvido Insitu	Até 7,0 Vrms por carga de 10 Ω 70Hz-20kHz ±3dB
	Conector para teste de bateria	Software ajustável: Tensão de saída 1100-1600 mV CC Impedância de saída 0-25,0 Ω Medição de corrente de 50 mA máximo.
	Bobina de indução	Corrente máx. de saída 20 mA a carga de 0 Ω
Alto-falante da caixa de teste	Até 14,0 Vrms por carga de 8 Ω 70Hz-20kHz ±3dB	
Conexões de dados	USB-PC	Soquete USB B para conexão ao PC (compatível com USB 2.0 e posterior).
Caixa de teste interna:	A caixa de teste inclusa possui conexões para microfone de referência, microfone do acoplador, teste de bateria e bobina de indução	
Dimensões (CxLxA)	Affinity Compact Versão 1-3: 22,6 x 22,6 x 6 cm / 8,9 x 8,9 x 2,4 polegadas Affinity Compact versão 4: 24,4 x 22,6 x 13,5 cm / 9,6 x 8,9 x 5,3 polegadas	
Peso	Affinity Compact versão 1: 0,9 kg / 2,0 libras Affinity Compact versão 2: 1,9 kg / 4,2 libras Affinity Compact versão 3: 2,0 kg / 4,4 libras Affinity Compact versão 4: 3,9 kg / 8,6 libras	
Fonte de Alimentação	Utilize apenas a unidade de fonte de alimentação especificada tipo UES65 Entrada: 100-240 VCA 50/60Hz, 2,0 A Saída: 24,0 VCC	
Ambiente operacional:	Temperatura: 15-35°C Umidade relativa: 30-90% não condensante	
Transporte e armazenagem	Temperatura de transporte: -20-50°C Temperatura de armazenamento: 0-50°C Umidade relativa: 10-95% não condensante	

Contatos para assistência

CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA

Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, 883, Andar 1 e 2 – Vila Paulista - São Paulo – SP – CEP.: 04630-001

Tel: 0800 0249 349



5.2 Valores de limiar equivalente de referência de som para transdutores

SOM PURO RETSPL											
TRANSDUTO R	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL	RETFL	RETFL
Som de 125 Hz	47,5	45	30,5	30,5	27	26	26				
Som de 160 Hz	40,5	37,5	25,5	26	24,5	22	22				
Som de 200 Hz	33,5	31,5	21,5	22	22,5	18	18				
Som de 250 Hz	27	25,5	17	18	20	14	14	67	79	67	79
Som de 315 Hz	22,5	20	14	15,5	16	12	12	64	76,5	64	76,5
Som de 400 Hz	17,5	15	10,5	13,5	12	9	9	61	74,5	61	74,5
Som de 500 Hz	13	11,5	8	11	8	5,5	5,5	58	72	58	72
Som de 630 Hz	9	8,5	6,5	8	6	4	4	52,5	66	52,5	66
Som de 750 Hz	6,5	8/7,5	5,5	6	4,5	2	2	48,5	61,5	48,5	61,5
Som de 800 Hz	6,5	7	5	6	4	1,5	1,5	47	59	47	59
Som de 1000 Hz	6	7	4,5	5,5	2	0	0	42,5	51	42,5	51
Som de 1250 Hz	7	6,5	3,5	6	2,5	2	2	39	49	39	49
Som de 1500 Hz	8	6,5	2,5	5,5	3	2	2	36,5	47,5	36,5	47,5
Som de 1600 Hz	8	7	2,5	5,5	2,5	2	2	35,5	46,5	35,5	46,5
Som de 2000 Hz	8	9	2,5	4,5	0	3	3	31	42,5	31	42,5
Som de 2500 Hz	8	9,5	2	3	-2	5	5	29,5	41,5	29,5	41,5
Som de 3000 Hz	8	10	2	2,5	-3	3,5	3,5	30	42	30	42
Som de 3150 Hz	8	10	3	4	-2,5	4	4	31	42,5	31	42,5
Som de 4000 Hz	9	9,5	9,5	9,5	-0,5	5,5	5,5	35,5	43,5	35,5	43,5
Som de 5000 Hz	13	13	15,5	14	10,5	5	5	40	51	40	51
Som de 6000 Hz	20,5	15,5	21	17	21	2	2	40	51	40	51
Som de 6300 Hz	19	15	21	17,5	21,5	2	2	40	50	40	50
Som de 8000 Hz	12	13	21	17,5	23	0	0	40	50	40	50
Som de 9000 Hz				19	27,5						
Som de 10000 Hz				22	18						
Som de 11200 Hz				23	22						
Som de 12000 Hz											
Som de 12500 Hz				27,5	27						
Som de 14000 Hz				35	33,5						
Som de 16000 Hz				56	45,5						
Som de 18000 Hz				83	83						
Som de 20000 Hz				105	105						

DD45 6ccm utiliza o acoplador IEC60318-3 ou NBS 9A e RETSPL resulta do relatório PTB – DTU 2009-2010, ANSI S3.6 2018 e ISO389-1 2017. Força 4,5 N ±0,5 N



TDH39 6ccm utiliza o acoplador IEC60318-3 ou NBS 9A e RETSPL resulta de ANSI S3.6 2018 e ISO 389-1 2017. Força 4,5 N \pm 0,5 N

O ouvido artificial DD65V2 utiliza o acoplador IEC60318-1 com o adaptador tipo 1 e o RETSPL é proveniente da PTB 1.61-4091606 2018 e AAU 2018, Força: 11,5 N \pm 0,5 N

O ouvido artificial DD450 utiliza o acoplador IEC60318-1 com o adaptador tipo 1 e RETSPL resulta de ANSI S3.6 2018 e ISO 389-8 2004. Força 9N \pm 0,5 N

O ouvido artificial HDA300 utiliza o acoplador IEC60318-1 com o adaptador tipo 1 e RETSPL resulta do relatório PTB 2012. Força 8,8N \pm 0,5 N

IP30/EAR3A 2ccm utiliza o acoplador ANSI S3.7-1995 IEC60318-5 (HA-2 com tubo rígido de 5 mm) e RETSPL resulta de ANSI S3.6 2018 e ISO 389-2 1994.

B71/B81 utiliza o acoplador mecânico ANSI S3.13 ou IEC60318-6 2007 e RETFL resulta de ANSI S3.6 2018 e ISO 389-3 2016Força 5,4 N \pm 0,5 N



SOM PURO MÁX. HL

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
Sinal	Máx. HL	Máx. HL	HL máx.	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL
Som de 125 Hz	90	90	85	100	115,0	90,0	90,0				
Som de 160 Hz	95	95	90	105	120	95	95				
Som de 200 Hz	100	100	95	105	120	100	100				
Som de 250 Hz	110	110	100	110	120	105	105	45	30	50	35
Som de 315 Hz	115	115	105	115	120	105	105	50	35	60	45
Som de 400 Hz	120	120	110	115	120	110	110	65	50	70	55
Som de 500 Hz	120	120	110	115	120	110	110	65	50	70	55
Som de 630 Hz	120	120	110	120	120	115	115	70	55	75	60
Som de 750 Hz	120	120	115	120	120	115	115	70	55	75	60
Som de 800 Hz	120	120	115	120	120	115	115	70	55	75	60
Som de 1000 Hz	120	120	115	120	120	120	120	70	60	85	75
Som de 1250 Hz	120	120	115	110	120	120	120	70	60	90	80
Som de 1500 Hz	120	120	115	115	120	120	120	70	55	90	80
Som de 1600 Hz	120	120	115	115	120	120	120	70	55	90	75
Som de 2000 Hz	120	120	115	115	120	120	120	75	60	90	75
Som de 2500 Hz	120	120	115	115	120	120	120	80	65	85	70
Som de 3000 Hz	120	120	115	115	120	120	120	80	65	85	70
Som de 3150 Hz	120	120	115	115	120	120	120	80	65	85	70
Som de 4000 Hz	120	120	110	115	120	115	115	80	70	80	65
Som de 5000 Hz	120	120	105	105	120	105	105	60	45	70	55
Som de 6000 Hz	115	120	100	105	110	100	100	50	35	60	50
Som de 6300 Hz	115	120	100	105	110	100	100	50	40	55	45
Som de 8000 Hz	110	110	95	105	110	95	95	50	40	50	40
Som de 9000 Hz				100	100						
Som de 10000 Hz				100	105						
Som de 11200 Hz				95	105						
Som de 12000 Hz											
Som de 12500 Hz				90	100						
Som de 14000 Hz				80	90						
Som de 16000 Hz				60	75						
Som de 18000 Hz				30	35						
Som de 20000 Hz				15	10						



NÍVEL DE MASCARAGEM EFETIVA DE RÚIDO NB

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOIDE	TESTA	MASTOIDE	TESTA
	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM
NB 125 Hz	51,5	49	34,5	34,5	31,0	30,0	30,0				
NB 160 Hz	44,5	41,5	29,5	30	28,5	26	26				
NB 200 Hz	37,5	35,5	25,5	26	26,5	22	22				
NB 250 Hz	31	29,5	21	22	24	18	18	71	83	71	83
NB 315 Hz	26,5	24	18	19,5	20	16	16	68	80,5	68	80,5
NB 400 Hz	21,5	19	14,5	17,5	16	13	13	65	78,5	65	78,5
NB 500 Hz	17	15,5	12	15	12	9,5	9,5	62	76	62	76
NB 630 Hz	14	13,5	11,5	13	11	9	9	57,5	71	57,5	71
NB 750 Hz	11,5	12,5	10,5	11	9,5	7	7	53,5	66,5	53,5	66,5
NB 800 Hz	11,5	12	10	11	9	6,5	6,5	52	64	52	64
NB 1000 Hz	12	13	10,5	11,5	8	6	6	48,5	57	48,5	57
NB 1250 Hz	13	12,5	9,5	12	8,5	8	8	45	55	45	55
NB 1500 Hz	14	12,5	8,5	11,5	9	8	8	42,5	53,5	42,5	53,5
NB 1600 Hz	14	13	8,5	11,5	8,5	8	8	41,5	52,5	41,5	52,5
NB 2000 Hz	14	15	8,5	10,5	6	9	9	37	48,5	37	48,5
NB 2500 Hz	14	15,5	8	9	4	11	11	35,5	47,5	35,5	47,5
NB 3000 Hz	14	16	8	8,5	3	9,5	9,5	36	48	36	48
NB 3150 Hz	14	16	9	10	3,5	10	10	37	48,5	37	48,5
NB 4000 Hz	14	14,5	14,5	14,5	4,5	10,5	10,5	40,5	48,5	40,5	48,5
NB 5000 Hz	18	18	20,5	19	15,5	10	10	45	56	45	56
NB 6000 Hz	25,5	20,5	26	22	26	7	7	45	56	45	56
NB 6300 Hz	24	20	26	22,5	26,5	7	7	45	55	45	55
NB 8000 Hz	17	18	26	22,5	28	5	5	45	55	45	55
NB 9000 Hz				24	32,5						
NB 10000 Hz				27	23						
NB 11200 Hz				28	27						
NB 12000 Hz											
NB 12500 Hz				32,5	32						
NB 14000 Hz				40	38,5						
NB 16000 Hz				61	50,5						
NB 18000 Hz				88	88						
NB 20000 Hz			0	110	110						
Ruído branco	0	0		0	0	0	0	42,5	51	42,5	51
Ruído TEN	25	25				16	16				

O valor de mascaramento efetivo é RETSPL/RETFL. Adicione correção de 1/3 oitavas ao ruído de banda estreita de ANSI S3.6 2018 ou ISO389-4 1994.



RUÍDO NB MÁX. HL

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUIDO ARTIFICIAL	OUIDO ARTIFICIAL	OUIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOIDE	TESTA	MASTOIDE	TESTA
	Máx. HL	Máx. HL	HL máx.	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL
NB 125 Hz	75	75	75	75	80,0	90,0	90,0				
NB 160 Hz	80	85	80	80	85	95	95				
NB 200 Hz	90	90	85	80	85	100	100				
NB 250 Hz	95	95	90	85	90	105	105	35	20	40	25
NB 315 Hz	100	100	95	90	90	105	105	40	25	50	35
NB 400 Hz	105	105	100	95	95	105	105	55	40	60	45
NB 500 Hz	110	110	100	95	100	110	110	55	40	60	45
NB 630 Hz	110	110	100	95	100	110	110	60	45	65	50
NB 750 Hz	110	110	105	100	100	110	110	60	45	65	50
NB 800 Hz	110	110	105	100	105	110	110	60	45	65	50
NB 1000 Hz	110	110	105	100	105	110	110	60	50	70	60
NB 1250 Hz	110	110	105	95	105	110	110	60	50	75	60
NB 1500 Hz	110	110	105	100	105	110	110	60	45	75	60
NB 1600 Hz	110	110	105	100	105	110	110	60	45	75	60
NB 2000 Hz	110	110	105	100	105	110	110	65	50	70	55
NB 2500 Hz	110	110	105	100	110	110	110	65	50	65	50
NB 3000 Hz	110	110	105	100	110	110	110	65	50	65	50
NB 3150 Hz	110	110	100	100	110	110	110	65	50	65	50
NB 4000 Hz	110	110	100	100	110	110	110	65	55	60	50
NB 5000 Hz	110	110	95	95	100	105	105	50	35	55	45
NB 6000 Hz	105	110	90	90	95	100	100	45	30	50	40
NB 6300 Hz	105	110	90	90	95	100	100	40	30	45	35
NB 8000 Hz	100	100	85	90	95	95	95	40	30	40	30
NB 9000 Hz				85	90						
NB 10000 Hz				85	95						
NB 11200 Hz				80	90						
NB 12000 Hz											
NB 12500 Hz				75	85						
NB 14000 Hz				70	75						
NB 16000 Hz				50	60						
NB 18000 Hz				20	20						
NB 20000 Hz			120	0	0						
Ruído branco	120	120		115	115	110	110	70	70	70	60
Ruído TEN	110	110				100	100				



Valores de limiar equivalente de referência de fala para transdutores

FALA ANSI RETSPL											
TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
Impedância	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL
Fala	18,5	19,5	17	19	14,5						
FF. equ. fala	18,5	15,5	16,5	18,5	16						
Fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	12,5	12,5	55	63,5	55	63,5
Ruído de fala	18,5	19,5	17	19	14,5						
FF. equ. de ruído de fala	18,5	15,5	16,5	18,5	16						
Ruído de fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	12,5	12,5	55	63,5	55	63,5
Ruído branco na fala	21	22	19,5	21,5	17	15	15	57,5	66	57,5	66

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU, relatório 2009–2010.

TDH39 (G_F-G_C) ANSI S3.6 2018.

(G_F-G_C) para DD65V2, conforme relatório PTB-AAU de 2018.

DD450 (G_F-G_C) ANSI S3.6 2018 e ISO 389-8 2004.

HDA300 (G_F-G_C) PTB, relatório 2013.

Nível de fala ANSI 12,5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2018 (ponderação linear acústica).

Nível de campo livre de equivalente de fala ANSI 12,5 dB + 1 kHz RETSPL - (G_F-G_C) de ANSI S3.6 2018 (ponderação de sensibilidade equivalente acústica).

Nível não linear de fala ANSI 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2018 (DD45, TDH39, DD450, HDA300) e EAR 3A, IP30, B71 e B81 12,5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2018 (sem ponderação).

FALA ANSI MÁX. HL											
TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
Impedância	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	Máx. HL	Máx. HL	HL máx.	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL
Fala	110	110	100	90	100						
FF. equ. fala	100	105	95	85	95						
Fala não linear	120	120	110	110	120	110	110	60	40	60	50
Ruído de fala	100	100	95	85	95						
FF. equ. de ruído de fala	100	100	90	80	95						
Ruído de fala não linear	115	115	105	105	120	110	110	50	40	50	40
Ruído branco na fala	95	95	95	90	100	95	95	55	45	60	50



FALA IEC RETSPL											
TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
Impedância	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSP L	RETSP L	RETFL	RETFL	RETFL	RETFL
Fala	20	20	20	20	20						
FF. equ. fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	20	20	55	63,5	55	63,5
Ruído de fala	20	20	20	20	20						
FF. equ. de ruído de fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Ruído de fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	20	20	55	63,5	55	63,5
Ruído branco na fala	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	57,5	66	57,5	66

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU, relatório 2009–2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

(G_F-G_C) para DD65V2, conforme relatório PTB-AAU de 2018.

DD450 (G_F-G_C) ANSI S3.6 2018 e ISO 389-8 2004.

HDA300 (G_F-G_C) PTB, relatório 2013.

Nível de fala IEC IEC60645-2 1997 (ponderação linear acústica).

Nível de campo livre de equivalente de fala IEC (G_F-G_C) de IEC60645-2 1997 (ponderação de sensibilidade equivalente acústica).

Nível não linear de fala IEC 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD450, HDA300) e EAR3A, IP30, B7 e B81 IEC60645-2 1997 (sem ponderação).

FALA IEC MÁX. HL											
TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	Máx. HL	Máx. HL	HL máx.	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL
Fala	110	110	95	90	95						
FF. equ. fala	115	120	110	100	110						
Fala não linear	120	120	110	110	120	100	100	60	40	60	50
Ruído de fala	100	100	90	85	90						
FF. equ. de ruído de fala	115	115	10	95	110						
Ruído de fala não linear	115	115	105	105	120	90	90	50	40	50	40
Ruído branco na fala	95	95	95	90	95	85	85	55	45	60	50



FALA SUÉCIA RETSPL

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
Impedância	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL	RETFL	RETFL
Fala	22	22	20	20	20						
FF. equ. fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Fala não linear	22	22	4,5	5,5	2	21	21	55	63,5	55	63,5
Ruído de fala	27	27	20	20	20						
FF. equ. de ruído de fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Ruído de fala não linear	27	27	4,5	5,5	2	26	26	55	63,5	55	63,5
Ruído branco na fala	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	57,5	66	57,5	66

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU, relatório 2009–2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

DD65V2 (GF-GC) PTB-AAU report 2018.

DD450 (G_F-G_C) ANSI S3.6 2018 e ISO 389-8 2004.

HDA300 (G_F-G_C) PTB, relatório 2013.

Nível de fala da Suécia STAF 1996 e IEC60645-2 1997 (ponderação linear acústica).

Nível de campo livre de equivalente de fala da Suécia (G_F-G_C) de IEC60645-2 1997 (ponderação de sensibilidade equivalente acústica).

Nível não linear de fala da Suécia 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD450, HDA300) e EAR3A, IP30, B71 e B81 STAF 1996 e IEC60645-2 1997 (sem ponderação).

FALA SUÉCIA MÁX. HL

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	Máx. HL	Máx. HL	HL máx.	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL
Fala	108	108	95	90	95						
FF. equ. fala	115	120	110	100	110						
Fala não linear	104	105	110	110	120	99	99	60	40	60	50
Ruído de fala	93	93	90	85	90						
FF. equ. de ruído de fala	115	115	100	95	110						
Ruído de fala não linear	94	95	105	105	120	84	84	50	40	50	40
Ruído branco na fala	95	95	95	90	95	85	85	55	45	60	50



FALA NORUEGA RETSPL

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL	RETFL	RETFL
Fala	40	40	40	40	40						
FF. equ. fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	40	40	75	83,5	75	83,5
Ruído de fala	40	40	40	40	40						
FF. equ. de ruído de fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Ruído de fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	40	40	75	83,5	75	83,5
Ruído branco na fala	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	57,5	66	57,5	66

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU, relatório 2009–2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

(G_F-G_C) para DD65V2, conforme o relatório PTB-AAU de 2018.

DD450 (G_F-G_C) ANSI S3.6 2018 e ISO 389-8 2004.

HDA300 (G_F-G_C) PTB, relatório 2013.

Nível de fala da Noruega IEC60645-2 1997 20 dB (ponderação linear acústica).

Nível de campo livre de equivalente de fala da Noruega (G_F-G_C) de IEC60645-2 1997 (ponderação de sensibilidade equivalente acústica).

Nível não linear de fala da Noruega 1 kHz RETSPL (DD45, TDH39, DD450, HDA300) e EAR3A, IP30, B71 e B81 IEC60645-2 1997 +20 dB (sem ponderação).

FALA NORUEGA MÁX. HL

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOID E	TESTA	MASTOID E	TESTA
	Máx. HL	Máx. HL	HL máx.	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL	Máx. HL
Fala	90	90	75	70	75						
FF. equ. fala	115	120	110	100	110						
Fala não linear	120	120	110	110	120	80	80	40	20	40	30
Ruído de fala	80	80	70	65	70						
FF. equ. de ruído de fala	115	115	100	95	110						
Ruído de fala não linear	115	115	105	105	120	70	70	30	20	30	20
Ruído branco na fala	95	95	95	90	95	85	85	55	45	60	50



RETSPL DE FALA DO JAPÃO

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOIDE	TESTA	MASTOIDE	TESTA
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL	RETFL	RETFL
Fala	14	14	14	14	14						
Campo livre (FF) equiv. da fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	14	14	49	57,5	49	57,5
Ruído de fala	14	14	14	14	14						
Campo livre (FF) equiv. do ruído de fala	3,5	0,5	1,5	3,5	1						
Ruído de fala não linear	6	7	4,5	5,5	2	14	14	49	57,5	49	57,5
Ruído branco na fala	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	57,5	66	57,5	66

(G_F-G_C) para o DD45, conforme o relatório PTB-DTU de 2009 a 2010.

(G_F-G_C) para o TDH39, conforme IEC60645-2 1997.

(G_F-G_C) para DD65V2, conforme o relatório PTB-AAU de 2018.

(G_F-G_C) para o DD450, conforme ANSI S3.6 2018 e ISO 389-8 2004.

(G_F-G_C) para o HDA300, conforme o relatório PTB de 2013.

Nível de fala do Japão, conforme a JIS T1201-2:2000 (ponderação linear acústica).

(G_F-G_C) do nível de campo livre equivalente de fala do Japão, conforme a IEC60645-2 1997 (ponderação da sensibilidade acústica equivalente).

Nível não linear de fala do Japão, RETSPL de 1 kHz (DD45, TDH39, DD450, HDA300) e EAR 3A, IP30, B71 e B81 da IEC60645-2 1997 (sem ponderação).

NÍVEL MÁX. DE FALA DO JAPÃO HL (Nível de audição)

TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOIDE	TESTA	MASTOIDE	TESTA
	HL máx.	HL máx.	HL máx.	dB NA máx.	HL máx.	HL máx.	HL máx.	HL máx.	dB NA máx.	HL máx.	dB NA máx.
Fala	116	116	101	96	101						
Campo livre (FF) equiv. da fala	115	120	110	100	110						
Fala não linear	120	120	110	110	120	106	106	66	46	66	56
Ruído de fala	106	106	96	91	96						
Campo livre (FF) equiv. do ruído de fala	115	115	100	95	110						
Ruído de fala não linear	115	115	105	105	120	96	96	56	46	56	46
Ruído branco na fala	95	95	95	90	95	85	85	55	45	60	50



RETSPL DE FALA NO SPL											
TRANSDUTOR	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	HDA300	EAR3A	IP30	B71	B71	B81	B81
IMPEDÂNCIA	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	23 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	10 Ω	12,5 Ω	12,5 Ω
ACOPLADOR	6ccm	6ccm	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	OUVIDO ARTIFICIAL	2ccm	2ccm	MASTOIDE	TESTA	MASTOIDE	TESTA
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL	RETFL	RETFL
Fala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campo livre (FF) equiv. da fala	0	0	0	0	0						
Fala não linear	0	0	0	0	0						
Ruído de fala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campo livre (FF) equiv. do ruído de fala	0	0	0	0	0						
Ruído de fala não linear	0	0	0	0	0						

(G_F-G_C) para o DD45, conforme relatório PTB-DTU de 2009 a 2010.

(G_F-G_C) para o TDH39, conforme IEC60645-2 1997.

(G_F-G_C) para DD65V2, conforme o relatório PTB-AAU de 2018.

(G_F-G_C) para o DD450, conforme ANSI S3.6 2018 e ISO 389-8 2004.

(G_F-G_C) para o HDA300, conforme relatório PTB de 2013.



CAMPO LIVRE										
ANSI S3.6-2018					CAMPO LIVRE MÁX. SPL					
ISO 389-7-2005					CAMPO LIVRE MÁX. O HL É ENCONTRADO SUBTRAINDO-SE O VALOR RETSPL SELECIONADO					
FREQUÊNCIA A Hz	BINAURAL			BINAURAL A MONOAURAL	CAPACIDADE PARA CAMPO LIVRE		LINHA DE CAMPO PARA CAMPO LIVRE		CAMPO LIVRE INTERNO	
	0°	45°	90°	CORREÇÃO	TOM	NB	TOM	NB	TOM	NB
	RETSP L dB	RETSP L dB	RETSP L dB	RETSPL dB	MÁX. SPL dB	MÁX. SPL dB	MÁX. SPL dB	MÁX. SPL dB	MÁX. SPL dB	MÁX. SPL dB
125	22	21,5	21	2	97	82	102	97	82	72
160	18	17	16,5	2	93	83	98	93	78	68
200	14,5	13,5	13	2	94,5	84,5	104,5	99,5	84,5	74,5
250	11,5	10,5	9,5	2	96,5	86,5	106,5	101,5	86,5	76,5
315	8,5	7	6	2	93,5	83,5	103,5	98,5	83,5	73,5
400	6	3,5	2,5	2	96	86	106	101	91	81
500	4,5	1,5	0	2	94,5	84,5	104,5	99,5	89,5	79,5
630	3	-0,5	-2	2	93	83	103	98	88	78
750	2,5	-1	-2,5	2	92,5	82,5	102,5	97,5	87,5	77,5
800	2	-1,5	-3	2	92	87	107	102	87	77
1000	2,5	-1,5	-3	2	92,5	82,5	102,5	97,5	87,5	77,5
1250	3,5	-0,5	-2,5	2	93,5	83,5	103,5	98,5	88,5	78,5
1500	2,5	-1	-2,5	2	92,5	82,5	102,5	97,5	87,5	77,5
1600	1,5	-2	-3	2	96,5	86,5	106,5	101,5	91,5	81,5
2000	-1,5	-4,5	-3,5	2	93,5	83,5	103,5	98,5	88,5	78,5
2500	-4	-7,5	-6	2	91	81	101	96	86	76
3000	-6	-11	-8,5	2	94	84	104	94	89	79
3150	-6	-11	-8	2	94	84	104	94	89	79
4000	-5,5	-9,5	-5	2	94,5	84,5	104,5	99,5	89,5	79,5
5000	-1,5	-7,5	-5,5	2	93,5	83,5	108,5	98,5	88,5	78,5
6000	4,5	-3	-5	2	94,5	84,5	104,5	99,5	89,5	79,5
6300	6	-1,5	-4	2	96	86	106	96	91	81
8000	12,5	7	4	2	87,5	72,5	92,5	87,5	87,5	77,5
Ruído branco	0	-4	-5,5	2		90		100		85

CAMPO LIVRE ANSI							
ANSI S3.6-2018					CAMPO LIVRE MÁX. SPL		
					CAMPO LIVRE MÁX. O HL É ENCONTRADO SUBTRAINDO-SE O VALOR RETSPL SELECIONADO		
Fala Ruído de fala Ruído branco (WN) de fala	BINAURAL			BINAURAL A MONOAURAL	CAPACIDADE PARA CAMPO LIVRE	LINHA DE CAMPO PARA CAMPO LIVRE	CAMPO LIVRE INTERNO
	0°	45°	90°	CORREÇÃO	0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°
	RETSP L	RETSP L	RETSP L	RETSPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL
Fala	15	11	9,5	2	90	100	80
Ruído de fala	15	11	9,5	2	85	100	75
Ruído branco (WN) de fala	17,5	13,5	12	2	87,5	97,5	82,5

CAMPO LIVRE IEC							
ISO 389-7 2005					CAMPO LIVRE MÁX. SPL		
					CAMPO LIVRE MÁX. O HL É ENCONTRADO SUBTRAINDO-SE O VALOR RETSPL SELECIONADO		
Fala Ruído de fala Ruído branco (WN) de fala	BINAURAL			BINAURAL A MONOAURAL	CAPACIDADE PARA CAMPO LIVRE	LINHA DE CAMPO PARA CAMPO LIVRE	CAMPO LIVRE INTERNO
	0°	CORREÇÃO	90°	CORREÇÃO	0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°
	RETSP L	RETSPL	RETSP L	RETSPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL
Fala	0	-4	-5,5	2	90	100	80
Ruído de fala	0	-4	-5,5	2	85	100	75
Ruído branco (WN) de fala	2,5	-1,5	-3	2	87,5	97,5	82,5



CAMPO LIVRE DA SUÉCIA

ISO 389-7 2005					CAMPO LIVRE MÁX. SPL		
					CAMPO LIVRE MÁX. O HL É ENCONTRADO SUBTRAINDO-SE O VALOR RETSPL SELECIONADO		
BINAURAL				BINAURAL A MONOAURAL	CAPACIDADE PARA CAMPO LIVRE	LINHA DE CAMPO PARA CAMPO LIVRE	CAMPO LIVRE INTERNO
0°	45°	90°	CORREÇÃO				
0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°						
RETSP L	RETSP L	RETSP L	RETSPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	
Fala	0	-4	-5,5	2	90	100	80
Ruído de fala	0	-4	-5,5	2	85	100	75
Ruído branco (WN) de fala	2,5	-1,5	-3	2	87,5	97,5	82,5

CAMPO LIVRE DA NORUEGA

ISO 389-7 2005					CAMPO LIVRE MÁX. SPL		
					CAMPO LIVRE MÁX. O HL É ENCONTRADO SUBTRAINDO-SE O VALOR RETSPL SELECIONADO		
BINAURAL				BINAURAL A MONOAURAL	CAPACIDADE PARA CAMPO LIVRE	LINHA DE CAMPO PARA CAMPO LIVRE	CAMPO LIVRE INTERNO
0°	45°	90°	CORREÇÃO				
0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°						
RETSP L	RETSP L	RETSP L	RETSPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	
Fala	0	-4	-5,5	2	90	100	80
Ruído de fala	0	-4	-5,5	2	85	100	75
Ruído branco (WN) de fala	2,5	-1,5	-3	2	87,5	97,5	82,5

CAMPO LIVRE NO JAPÃO

ISO 389-7 2005					CAMPO LIVRE MÁX. SPL		
					CAMPO LIVRE MÁX. O HL É ENCONTRADO SUBTRAINDO-SE O VALOR RETSPL SELECIONADO		
BINAURAL				BINAURAL A MONOAURAL	CAPACIDADE PARA CAMPO LIVRE	LINHA DE CAMPO PARA CAMPO LIVRE	CAMPO LIVRE INTERNO
0°	45°	90°	CORREÇÃO				
0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°						
RET SPL	RETSP L	RETSP L	RETSPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	
Fala	10	6	4,5	2	90	100	80
Ruído de fala	10	6	4,5	2	85	100	75
Ruído branco (WN) de fala	2,5	-1,5	-3	2	87,5	97,5	82,5

CAMPO LIVRE EM dB NPS

ISO 389-7 2005					CAMPO LIVRE MÁX. SPL		
					CAMPO LIVRE MÁX. O dB NA É ENCONTRADO SUBTRAINDO-SE O VALOR RETSPL SELECIONADO		
BINAURAL				BINAURAL A MONOAURAL	CAPACIDADE PARA CAMPO LIVRE	LINHA DE CAMPO PARA CAMPO LIVRE	CAMPO LIVRE INTERNO
0°	45°	90°	CORREÇÃO				
0° a 45° a 90°	0° a 45° a 90°						
RET SPL	RETSP L	RETSP L	RETSPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	MÁX. SPL	
Fala	0	0	0	0	90	100	80
Ruído de fala	0	0	0	0	85	100	75
Ruído branco (WN) de fala	2,5	-1,5	-3	2	87,5	97,5	82,5



CAMPO LIVRE EQUIVALENTE

AUDIÔMETRO DA FALA

ACOPLADOR	TDH39	DD45	DD450	HDA300
	IEC60645-2 1997	PTB – DTU 2010	ISO389-8 2004	PTB 2013
	ANSI S3.6-2018			
	IEC60318-3	IEC60318-3	IEC60318-1	IEC60318-1
FREQUÊNCIA	G _F -G _c	G _F -G _c	G _F -G _c	G _F -G _c
125	-17,5	-21,5	-5,0	-12,0
160	-14,5	-17,5	-4,5	-11,5
200	-12,0	-14,5	-4,5	-11,5
250	-9,5	-12,0	-4,5	-11,5
315	-6,5	-9,5	-5,0	-11,0
400	-3,5	-7,0	-5,5	-10,0
500	-5,0	-7,0	-2,5	-7,5
630	0,0	-6,5	-2,5	-5,0
750				
800	-0,5	-4,0	-3,0	-3,0
1000	-0,5	-3,5	-3,5	-1,0
1250	-1,0	-3,5	-2,0	0,0
1500				
1600	-4,0	-7,0	-5,5	-0,5
2000	-6,0	-7,0	-5,0	-2,0
2500	-7,0	-9,5	-6,0	-3,0
3000				
3150	-10,5	-12,0	-7,0	-6,0
4000	-10,5	-8,0	-13,0	-4,5
5000	-11,0	-8,5	-14,5	-10,5
6000				
6300	-10,5	-9,0	-11,0	-7,0
8000	+1,5	-1,5	-8,5	-10,0









VALORES DE ATENUAÇÃO DE SOM PARA FONES DE OUVIDO

FREQUÊNCIA	ATENUAÇÃO			
	TDH39/DD45 com MX41/AR ou almofada PN 51	EAR 3A IP30	DD450	HDA300
[Hz]	[dB]*	[dB]*	[dB]*	[dB]
125	3	33	15	12,5
160	4	34	15	
200	5	35	16	
250	5	36	16	12,7
315	5	37	18	
400	6	37	20	
500	7	38	23	9,4
630	9	37	25	
750	-			
800	11	37	27	
1000	15	37	29	12,8
1250	18	35	30	
1500	-			
1600	21	34	31	
2000	26	33	32	15,1
2500	28	35	37	
3000	-			
3150	31	37	41	
4000	32	40	46	28,8
5000	29	41	45	
6000	-			
6300	26	42	45	
8000	24	43	44	26,2

*ISO 8253-1 2010



5.3 Atribuição de pinos

Soquete	Conector	Pino 1	Pino 2	Pino 3
Corrente Elétrica +24 Vdc	 Conector DC	+24Vdc	0Vdc	N/A
Fone Esquerdo	 Mono 6,3 mm	Terra	Sinal	N/A
Fone Direito				
Inserção esquerdo / Ins. Mascaramento				
Inserção direito				
ÓSSEA				
FF1 e FF2				
Resposta do paciente	 Estéreo 6,3mm	Terra	Terra	
Talk Back (Retorno)	 Estéreo 3,5 mm	Terra	DC bias	Sinal
Acoplador TB - interno TB		Terra	DC bias	Sinal
Bat. Sim. - Interno TB		Vbat-	Sentido	Vbat+
Linha FF1 e FF2		Terra	Sinal linha FF1	Sinal linha FF2
Monitor		Sinal monitor -	Sinal monitor +	Sinal monitor +
Talk Forward ("Falar para o paciente")		Terra	DC bias	Sinal
AUX		Terra	AUX-2	AUX-1
Ref. TB - interno TB		 Binder série 719 3 polos	DC bias	Terra
Conector USB	 dispositivo USB	1. +5 VCC		
		2. Dados -		
		3. Dados +		
		4. Terra		
 D sub HD 26 polos	Pino	Tipo	Pino	Tipo
	1	Dados I ² C	14	DC bias
	2	+5V	15	Terra
	3	Fone Insitu direito	16	DC bias
	4	ID sense	17	Terra
	5	Mic direita Ref	18	Terra
	6	Terra	19	Int I ² C
	7	Mic tubo 2 esquerdo	20	Terra



	8	Mic Tubo 1 esquerdo	21	Mic tubo 2 direito
	9	Terra	22	Mic tubo 1 direito
	10	Clk I²C	23	Terra
	11	Não usado	24	Fone Insitu esquerdo
	12	Terra	25	Terra
	13	DC bias	26	Mic. ref. esquerdo



5.4 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)

O equipamento é adequado a ambientes hospitalares e de clínicas, exceto no caso de proximidade a equipamentos de alta frequência ativos e salas blindadas contra RF- de sistemas de ressonância magnética, onde é alta a intensidade dos distúrbios eletromagnéticos.

AVISO: O DESEMPENHO ESSENCIAL deste equipamento é definido pelo fabricante como:

O equipamento não apresenta um DESEMPENHO ESSENCIAL. A ausência ou perda do DESEMPENHO ESSENCIAL não pode causar qualquer risco imediato inaceitável.

O diagnóstico final deve ser sempre baseado no conhecimento clínico.

O uso do equipamento adjacente a outros equipamentos deve ser evitado, pois pode resultar em operação incorreta. Se esse tipo de uso for necessário, deve-se confirmar se o equipamento e outros equipamentos estão funcionando normalmente.

O uso de acessórios e cabos, que não sejam os especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento, pode resultar em aumento de emissões eletromagnéticas ou redução da imunidade eletromagnética deste equipamento, resultando em operação incorreta. A lista de acessórios e cabos pode ser encontrada nesta seção.

Equipamentos de comunicação por radiofrequência portáteis (incluindo periféricos, como cabos de antena e antenas externas) devem ser usados a mais de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do equipamento, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, a degradação do desempenho deste equipamento poderá levar a uma operação inadequada.

O equipamento está em conformidade com a norma IEC60601-1-2:2014+AMD1:2020, classe B de emissão, grupo 1.

AVISO: Não há desvios do padrão de garantia e dos usos das licenças.

AVISO: Todas as instruções necessárias para que a manutenção atenda aos requisitos de EMC podem ser encontradas na seção de manutenção geral desta instrução. Outras medidas não são necessárias.

Para garantir o cumprimento com os requisitos EMC, conforme especificados na IEC 60601-1-2, é essencial que se utilize apenas os acessórios especificados na seção 1.4

Qualquer um que ligue equipamento adicional é responsável por garantir que o sistema esteja em conformidade com a norma IEC 60601-1-2.



A conformidade com os requisitos EMC conforme especificado em IEC 60601-1-2 está garantido se os tipos de cabos e os comprimentos dos cabos estiverem conforme especificados em baixo:

Descrição	Comprimento (m)	Blindado (Sim/Não)
Fones de ouvido audiométricos	2,0	S
Fones de inserção audiométricos	2,0	S
Condutores ósseos	2,0	N
Fones de ouvido de alta frequência	1-2,9	S
Fones de ouvido Insitu	2,9	S
Fones de ouvido de monitoramento c/ microfone	2,9	S
Fones de ouvido de monitoramento	1,0	S
Microfones de alto padrão	5,0	S
Microfones Electret	2,0	S
Microfones do acoplador ½"	0,17	N
Microfones Ref	0,07	N/A
Botões de resposta do paciente	2,9	S
Alto-falantes	2,0	N
Cabos USB (PC)	1,9	S



Equipamento de comunicação por RF portáteis e móveis poderão afetar o AFFINITY COMPACT. Instale e opere o **AFFINITY COMPACT** de acordo com a informação EMC apresentada neste capítulo. O **AFFINITY COMPACT** foi testado quanto a emissões e imunidade EMC enquanto **AFFINITY COMPACT** autónomo. Não utilize o **AFFINITY COMPACT** junto ou sobre outros equipamentos eletrônicos. Se for necessário a colocação junto ou sobre equipamento eletrônico, o utilizador deve verificar a operação normal na configuração.

A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não sejam os especificados, com exceção das peças de manutenção vendidas pela Interacoustics como peças de substituição para componentes internos, pode aumentar as EMISSÕES ou reduzir a IMUNIDADE do dispositivo.

Qualquer um que ligue equipamento adicional é responsável por garantir que o sistema esteja em conformidade com a norma IEC 60601-1-2.

Orientações e Declaração do Fabricante - emissões eletromagnéticas		
O <i>Affinity Compact</i> destina-se ao uso nos ambientes eletromagnéticos especificados a seguir. O cliente ou usuário do <i>Affinity Compact</i> deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente desse tipo.		
Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O <i>Affinity Compact</i> usa energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Por isso, as suas emissões de RF são muito reduzidas e não devem criar qualquer interferência em equipamentos eletrônicos adjacentes.
Emissões RF CISPR 11	Classe B	O <i>Affinity Compact</i> é adequado para uso em todos os ambientes comerciais, industriais, administrativos e residenciais.
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Não aplicável	
Flutuações de voltagem/ emissões intermitentes IEC 61000-3-3	Não aplicável	

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis e o <i>Affinity Compact</i> .			
O <i>Affinity Compact</i> destina-se ao uso em um ambiente eletromagnético no qual as interferências de RF irradiadas estão controladas. O cliente ou o usuário do <i>Affinity Compact</i> pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o <i>Affinity Compact</i> conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.			
Potência máxima de saída nominal do transmissor [W]	Distância de separação conforme a frequência do transmissor [m]		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	800 MHz a 2,7 GHz $d = 2,23\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30
Para transmissores nominais com uma alimentação máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída nominal do transmissor em watts (W), conforme o fabricante do transmissor.			
Nota 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado.			
Nota 2 Estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			



Orientações e Declaração do Fabricante - imunidade eletromagnética

O **Affinity Compact** destina-se ao uso nos ambientes eletromagnéticos especificados a seguir. O cliente ou usuário do **Affinity Compact** deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente desse tipo.

Teste de imunidade	Nível de Ensaio IEC 60601	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientações
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	+8 kV contato +15 kV ar	+8 kV contato +15 kV ar	O piso deve ser de madeira, concreto ou pisos de cerâmica. Se os pisos estiverem cobertos com material sintético, a umidade relativa deve ser superior a 30%.
Imunidade a campos de proximidade de equipamentos de comunicação sem fio por RF IEC 61000-4-3	Freq. do local 385-5,785 MHz Níveis e modulação definidos na Tabela 9	Conforme definido na Tabela 9	Equipamentos de comunicação sem fio por RF não devem ser utilizados próximo a qualquer parte do Affinity Compact .
Transiente/estruído elétrico rápido IEC61000-4-4	+2 kV para linhas de fonte de alimentação +1 kV para linhas de entrada/saída	Não aplicável +1 kV para linhas de entrada/saída	A qualidade da rede elétrica deve ser a típica de um ambiente comercial ou residencial.
Pico IEC 61000-4-5	+1 kV (fase-fase) +2 kV (fase-terra)	Não aplicável	A qualidade da rede elétrica deve ser a típica de um ambiente comercial ou residencial.
Quedas de tensão, interrupções de curta duração e variações de tensão nas linhas de alimentação IEC 61000-4-11	0% UT (queda de 100% em UT) para 0,5 ciclo, a 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315° 0% UT (queda de 100% em UT) para 1 ciclo 40% UT (queda de 60% em UT) para 5 ciclos 70% UT (queda de 30% em UT) para 25 ciclos 0% UT (queda de 100% em UT) para 250 ciclos	Não aplicável	A qualidade da rede elétrica deve ser a típica de um ambiente comercial ou residencial. Se o usuário do Affinity Compact exigir operação contínua durante as interrupções de energia, é recomendável que o Affinity Compact seja alimentado a partir de uma fonte de alimentação ininterrupta ou de uma bateria.
Frequência de alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	A frequência de alimentação dos campos magnéticos deve estar em níveis característicos de uma localização típica num ambiente tipicamente comercial ou residencial.
Campos irradiados muito próximos — Teste de imunidade IEC 61000-4-39	9 kHz a 13,56 MHz. Frequência, nível e modulação definidos na AMD 1: 2020, Tabela 11	Conforme definido na Tabela 11 da AMD 1: 2020	Se o Affinity Compact tiver componentes ou circuitos magneticamente sensíveis, os campos magnéticos de proximidade não devem ser superiores aos níveis de teste especificados na Tabela 11

Nota: UT é a voltagem C.A. antes da aplicação do nível de teste.



Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética

O **Affinity Compact** destina-se ao uso nos ambientes eletromagnéticos especificados a seguir. O cliente ou usuário do **Affinity Compact** deve garantir que ele seja utilizado em um ambiente desse tipo.

Teste de imunidade	Nível de teste IEC/EN 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientações
RF conduzida IEC / EN 61000-4-6	3 Vrms 150kHz a 80 MHz 6 Vrms Em bandas ISM (e bandas de radioamador para ambientes de assistência domiciliar à saúde).	3 Vrms 6 Vrms	Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis não devem ser utilizados mais próximo a quaisquer partes do Affinity Compact , incluindo os cabos, do que a distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada: $d = \frac{3,5}{V_{rms}} \sqrt{P}$
RF emitida IEC / EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz Somente para ambientes de assistência domiciliar à saúde	3 V/m 10 V/m (Se assistência domiciliar à saúde)	

$$d = \frac{3,5}{V/m} \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$$

$$d = \frac{7}{V/m} \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$$

Sendo P a potência máxima de saída nominal do transmissor em watts (W), conforme o fabricante do transmissor, e d , a distância de separação recomendada em metros (m).

As forças de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado por um estudo eletromagnético no local,^a deve ser inferior ao nível de cumprimento em cada intervalo de frequência.^b

Podem ocorrer interferências na proximidade do equipamento marcado com o seguinte símbolo:



NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado

NOTA 2 Estas diretrizes talvez não se apliquem a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

^{a)} Intensidades de campo, a partir de transmissores fixos, como estações-base para telefones por rádio (celulares/telefones sem fio) e rádios móveis terrestres, radioamador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV, não podem ser previstas teoricamente com exatidão. Para identificar o ambiente eletromagnético devido a transmissores fixos, deve-se considerar um estudo eletromagnético no local. Se a força de campo medida no local em que o **Affinity Compact** é utilizado ultrapassar o nível aplicável de conformidade de RF acima mencionado, o **Affinity Compact** deve ser observado para comprovar seu funcionamento normal. Se for constatado um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou reposicionamento do **Affinity Compact**.

^{b)} Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.

Return Report – Form 001



Opr. dato: 2014-03-07 af: EC Rev. dato: 30.01.2023 af: MHNG Rev. nr.: 5

Company: _____

Address: _____

Phone: _____

e-mail: _____

Address
DGS Diagnostics Sp. z o.o.
Rosówek 43
72-001 Kolbaskowo
Poland

Mail:
rma-diagnostics@dgs-diagnostics.com

Contact person: _____ Date: _____

Following item is reported to be:

- returned to INTERACOUSTICS for: repair, exchange, other: _____
- defective as described below with request of assistance
- repaired locally as described below
- showing general problems as described below

Item: _____ **Type:** _____ **Quantity:** _____

Serial No.: _____ Supplied by: _____

Included parts: _____

Important! - Accessories used together with the item must be included if returned (e.g. external power supply, headsets, transducers and couplers).

Description of problem or the performed local repair:

Returned according to agreement with: Interacoustics, Other : _____

Date : _____ Person : _____

Please provide e-mail address to whom Interacoustics may confirm reception of the returned goods: _____

The above mentioned item is reported to be dangerous to patient or user ¹

In order to ensure instant and effective treatment of returned goods, it is important that this form is filled in and placed together with the item.
Please note that the goods must be carefully packed, preferably in original packing, in order to avoid damage during transport. (Packing material may be ordered from Interacoustics)

¹ EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user.

Page 1 of 1